



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2015 года № ФСР 2008/03550

На медицинское изделие

Пробирки лабораторные по ТУ 9461-008-52876351-2008

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Обществу с ограниченной ответственностью "МиниМед"

(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"

(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия

242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 1

Номер регистрационного досье № РД-8060/35357 от 30.07.2015

Вид медицинского изделия 108710

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 6160

Digitally signed by Iurcu Nicolae
Date: 2019.03.18 18:28:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



приказом Росздравнадзора от 19 августа 2015 года № 5829
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0014287



Пробирки лабораторные (мерные со шлифом 14/23)

ТУ 9461-008-52876351-2008

ГОСТ 1770-74

ПУ № ФСР 2008/03550 от 27.11.2017 г.

Исполнение 2

Класс точности не нормируется



Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Предназначены для наливного отмеривания жидкости. Допустимая погрешность, мл - $\pm 0,2$.

Цена деления, мл - 0,2. Толщина стенки, мм - $1,4 \pm 0,2$. Диаметр, мм: внешний - 17-18; внутренний - 14,4-15,2. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Упаковка 10 шт.

Артикул	Наименование	Номинальная вместимость, мл	Высота, мм
10002410	ПМ2-5-14/23	5	90 $\pm 5,0$
10002406	ПМ2-10-14/23	10	150 $\pm 5,0$
10002407	ПМ2-15-14/23	15	180 $\pm 5,0$
10002408	ПМ2-20-14/23	20	190 $\pm 5,0$
10002409	ПМ2-25-14/23	24	210 $\pm 5,0$
пробирки мерные со стеклянной пробкой			
10002401	ПМ2-5-14/23	5	90 $\pm 5,0$
10002402	ПМ2-10-14/23	10	150 $\pm 5,0$
10002403	ПМ2-15-14/23	15	180 $\pm 5,0$
10002404	ПМ2-20-14/23	20	190 $\pm 5,0$
10002405	ПМ2-25-14/23	24	210 $\pm 5,0$



Пробирки лабораторные (конические центрифужные)

ПУ № ФСР 2008/03550 от 27.11.2017 г.

Разработаны для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им при наличии соответствующих вкладышей. Размеры, мм - $(105^{+5,0}_{-1,0}) \times (17 \pm 0,5)$. Номинальная вместимость, мл - 10. Толщина стенки, мм - $1,5^{+0,1}_{-0,5}$. Диаметр, мм: внешний - 16,7-17,5; внутренний - 14,7-15,1. Рассчитаны на нагрузку до 1200 г. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86.

1. Пробирки конические центрифужные (градуированные)

ГОСТ 1770-74

Исполнение 1



Н — «наливные», вымеряемые «по наполнению»

Артикул	Наименование	Допустимая погр., мл	Цена деления, мл	Уп., шт
10005301	П-1-10-0,1	$\pm 0,1$	0,1	100
10005302	П-1-10-0,2	$\pm 0,2$	0,2	100
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)				
10005303	П-1-10-0,1	$\pm 0,1$	0,1	100
10005304	П-1-10-0,2	$\pm 0,2$	0,2	100

2. Пробирки конические центрифужные (неградуированные)

ТУ 9461-008-52876351-2008

Артикул	Наименование	Уп., шт
10005006	П1-10	100
10005005	П1-10	500
пробирки из стекла ТС по ГОСТ 21400-75 (боросиликатного стекла 3,3)		
10005007	П1-10	100
10005008	П1-10	500



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.29.000.A № 30181

Срок действия до 02 октября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Пробирки исполнений 1, 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "МиниМедПром"
(ООО "МиниМедПром"), г. Дятьково, Брянская область

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 24177-07

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.234-77

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ
Первичная поверка до ввода в эксплуатацию

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 02 октября 2012 г. № 823

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

Ф.В.Булыгин

"12" 10 2012 г.

Серия СИ



№ 006812

Срок действия до 04 сентября 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **04 сентября 2017 г. № 1839**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.



Паспорт

Пробирки лабораторные по ТУ 9461-008-52876351-2008

Пробирки конические центрифужные

Серия		Дата изготовления	
-------	--	-------------------	--

1. Назначение

Предназначены для центрифугирования в центрифугах типа ОПН-3 и аналогичных им при наличии соответствующих вкладышей.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Высота, мм	Диаметр, мм	Цена деления, мл
ПЦНГ-1-10	10	110±2,0	17±2,0	-
ПЦГ-1-10-0,1 ХС	10±0,2	110±2,0	17±2,0	0,1
ПЦГ-1-10-0,2 ХС	10±0,2	110±2,0	17±2,0	0,2

1. Пробирки изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74.
2. Изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86.
3. Рассчитаны на нагрузку до 1200 g.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Транспортная упаковка имеет маркировку «Хрупкое. Осторожно». Условия транспортирования изделий – по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по группе 6 ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель (юридический адрес): ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие пробирок конических центрифужных требованиям ГОСТ 1770-74 и ТУ 9461-008-52876351-2008 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.

