

Pentru Lotul nr. 2, oferta prezentată de S.R.L. "TRIUMF-MOTIV" nu corespunde cerințelor de calificare și tehnice, solicitate conform Anunțului de participare, și anume:

- nu a prezentat Declarație de conformitate CE;
- s-a solicitat congelator de laborator, orizontal, cu diapazonul temperaturii de -60° - 86°C, cu un nivel de zgomot de 60 dB sau mai mic, însă operatorul economic a oferat congelator de laborator vertical (conform Anexei atașate și consultării site-ului producătorului), cu diapazonul temperaturii de -45° - 86°C, cu nivelul de zgomot > 60 dB.