

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий лаборатории контроля
качества изделий медицинского назначения и
медицинской техники

Абдуллаев Н.М.
« 26 » 05 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 1014 С
от « 26 » 05 2021г.

Испытательная лаборатория: Лаборатория ККИМН и МТ.

Адрес: 100002, г. Ташкент, Олмазар р/н, ул. Озод, проезд К. Умарова д.16. тел: 242-48-93

Свидетельство об аккредитации UZ.AMT.07.MA1.155 от 20.02.2020г.

Место проведения испытаний: Лаборатория ККИМН и МТ

Наименование продукции: Марля медицинская отбеленная в рулонах.

№	Размер	Партия	Дата выпуска	Срок хранения
1	1000 m x 90 cm	001	05.2021	5 лет

Производитель: ООО «Fazo-Luxe», Узбекистан.

Испытание проведено по направлению Органа сертификации за №043/2079 от 19.05.2021г.

Сроки испытаний: с 19.05.2021г по 26.05.2021г.

НД на продукцию: EN 14079:2003 Марля медицинская

НД на методы испытаний: ГОСТ 3811, ГОСТ 3813, ГОСТ 3816, ГОСТ 18054.

Маркировка: Соотв.

Упаковка: Соотв.

Условия проведения испытаний: При температуре 24°C, влажности 59 %.

Перечень испытательного оборудования и средства измерений: См. в табл. №1.

Таблица № 1

№	Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Тип и заводской №	Диапазон измерений	Дата последней поверки
1.	Машина испытательная	Instron 5965 №13023N303L	0-1kN $\delta \pm 1\%$	I кв-л. 2021г.
2.	Линейка металлическая	б/н	(0-500) mm, 1 mm	III кв-л. 2020г.

Не СИ- не средство измерения.

Результаты испытаний: См. в табл.2.

Таблица № 2

№	Наименование показателей	Требования по EN 14079:2003	Фактический	Результаты
1	Разрывная нагрузка N, не менее по основе	60	127,04	Соотв.
2	Количество нитей по основе	120 $\pm$ 6	118	Соотв.

Заключение: Марля медицинская отбеленная в рулонах.


стр. 2 из 2
Прот. № _____ С

№	Размер	Партия	Дата выпуска	Срок хранения
1	1000 m x 90 cm	001	05.2021	5 лет

Производства: ООО «Fazo-Luxe», Узбекистан, соответствует требованиям EN 14079:2003

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы. Запрещается воспроизводить протокол испытаний без разрешения лаборатории.

Ответственный исполнитель:
Ведущий специалист



Мамаджанова Ж.Б.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий лаборатории контроля
качества изделий медицинского назначения и
медицинской техники

Абдуллаев Н.М.
« 26 » 05 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 1014 Е
от « 26 » 05 2021г.

Испытательная лаборатория: Лаборатория ККИМНиМТ.

Адрес: 100002, г. Ташкент, Олмазар р/н, ул. Озод, проезд К. Умарова д.16. тел: 242-48-93

Свидетельство об аккредитации UZ.AMT.07.MAI.155 от 20.02.2020г.

Место проведения испытаний: Лаборатория ККИМН и МТ

Наименование продукции: Бинт марлевый медицинский не стерильный

№	Размер	Партия	Дата выпуска	Срок хранения
1	5 m x 10 cm	001	05.2021	5 лет

Производитель: ООО «Fazo-Luxe», Узбекистан.

Испытание проведено по направлению Органа сертификации за №043/2079 от 19.05.2021г.

Сроки испытаний: с 19.05.2021г по 26.05.2021г.

НД на продукцию: EN 14079:2003 Бинт марлевый медицинский не стерильный

НД на методы испытаний: ГОСТ 3811, ГОСТ 3813, ГОСТ 3816, ГОСТ 18054.

Маркировка: Соотв.

Упаковка: Соотв.

Условия проведения испытаний: При температуре 24°C, влажности 59 %.

Перечень испытательного оборудования и средства измерений: См. в табл. №1.

Таблица № 1

№	Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Тип и заводской №	Диапазон измерений	Дата последней поверки
1.	Машина испытательная	Instron 5965 №13023N303L	0-1kN $\delta \pm 1\%$	I кв-л. 2021г.
2.	Линейка металлическая	б/н	(0-500) mm, 1 mm	III кв-л. 2020г.

Не СИ- не средство измерения.

Результаты испытаний: См. в табл.2.

Таблица № 2

№	Наименование показателей	Требования по EN 14079:2003	Фактический	Результаты
1	Разрывная нагрузка N, не менее по основе	60	127,04	Соотв.
2	Количество нитей по основе	120 ± 6	118	Соотв.


Заключение: Бинт марлевый медицинский не стерильный

№	Размер	Партия	Дата выпуска	Срок хранения
1	5 m x 10 cm	001	05.2021	5 лет

Производства: ООО «Fazo-Luxe», Узбекистан., соответствует требованиям EN 14079:2003

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы. Запрещается воспроизводить протокол испытаний без разрешения лаборатории.

Ответственный исполнитель:
Ведущий специалист



Мамаджанова Ж.Б.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий лаборатории контроля
качества изделий медицинского назначения и
медицинской техники

Абдуллаев Н.М.

« 26 » 05 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 1014 D
от « 26 » 05 2021г.

Испытательная лаборатория: Лаборатория ККИМН и МТ.

Адрес: 100002, г. Ташкент, Олмазар р/н, ул. Озод, проезд К. Умарова д.16. тел: 242-48-93

Свидетельство об аккредитации UZ.AMT.07.MA1.155 от 20.02.2020г.

Место проведения испытаний: Лаборатория ККИМН и МТ

Наименование продукции: Бинт марлевый медицинский не стерильный

№	Размер	Партия	Дата выпуска	Срок хранения
1	7 m x 14 cm	001	05.2021	5 лет

Производитель: ООО «Fazo-Luxe», Узбекистан.

Испытание проведено по направлению Органа сертификации за №043/2079 от 19.05.2021г.

Сроки испытаний: с 19.05.2021г по 26.05.2021г.

ИД на продукцию: EN 14079:2003 Бинт марлевый медицинский не стерильный

ИД на методы испытаний: ГОСТ 3811, ГОСТ 3813, ГОСТ 3816, ГОСТ 18054.

Маркировка: Соотв.

Упаковка: Соотв.

Условия проведения испытаний: При температуре 24°C, влажности 59 %.

Перечень испытательного оборудования и средства измерений: См. в табл. №1.

Таблица № 1

№	Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Тип и заводской №	Диапазон измерений	Дата последней поверки
1.	Машина испытательная	Instron 5965 №13023N303L	0-1kN $\delta \pm 1\%$	I кв-л. 2021г.
2.	Линейка металлическая	б/н	(0-500) mm, 1 mm	III кв-л. 2020г.

Не СИ- не средство измерения.

Результаты испытаний: См. в табл.2.

Таблица № 2

№	Наименование показателей	Требования по EN 14079:2003	Фактический	Результаты
1	Разрывная нагрузка N, не менее по основе	60	127,04	Соотв.
2	Количество нитей по основе	120 ± 6	118	Соотв.

Заключение: Бинт марлевый медицинский не стерильный


стр. 2 из 2
Прот. № _____ D

№	Размер	Партия	Дата выпуска	Срок хранения
1	7 m x 14 cm	001	05.2021	5 лет

Производства: ООО «Fazo-Luxe», Узбекистан., соответствует требованиям EN 14079:2003

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы. Запрещается воспроизводить протокол испытаний без разрешения лаборатории.

Ответственный исполнитель:
Ведущий специалист



Мамаджанова Ж.Б.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации ГУП «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish Davlat Markazi», UZ.AMT.06.MAL.043
Адрес: РУз, г.Ташкент, Алмазарский р-н., ул.Озод, пр. К.Умарова 16, Тел.: +998 (71) 249-46-68
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

№ 2527264

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
От 28 мая 2021 г.
№ UZ.SMT.01.043.64150367
Действителен до 01 мая 2026 г.
Код ТН ВЭД 3005903100

(справочно)

"Fazo Luxe" MChJ, УЗБЕКИСТАН

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Марля медицинская в рулонах, 1000 м x 90 см, партия: 001, срок годности: 05.2026 й., 1304 дон.а.
Бинт марлевый медицинский не стерильный, 7 м x 14 см, партия: 001, срок годности: 05.2026 й., 50023 дон.а.
Бинт марлевый медицинский не стерильный, 5 м x 10 см, партия: 001, срок годности: 05.2026 й., 23500 дон.а.

(наименование, тип, марка)

1304 дон.а

(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации EN 14079 : 2003

Схема сертификации: 7 (Семь)

Заявитель (изготовитель, продавец): ООО FAZO-LUXE

(нужное подчеркнуть)

Ташкентская обл., Ташкентский р-н., ССГ

(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов 18.05.2021 й. даги № 043/2079-Намуналарин таглаб олиш даволатномаси

б) испытания образцов DVTBTESDM UZ.AMT.07.MAL.155. 26.05.21й. № 1014С -синнов баёқномаси.
UZ.AMT.07.MAL.087. 21.05.21й. № 3795 -синнов баёқномаси.

в) акт проверки производства не предусмотрен схемой сертификации


Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:
не предусмотрен схемой сертификации

Особые отметки: 05.05.2021й.даги № 4 - омбордона маълумотномаси

Знак соответствия проставляется: сертификат соответствия действителен при соблюдении правил хранения, транспортир

Руководитель органа по сертификации: Ш.Э. Эпимов

Эксперт: О.О. Халиков



641503