

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1627300234945 din 05.08.2021

Data procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi

Nr lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)	OP 3D PAN, KaVo 0.805.6300	Germania	KaVo		Ortopantomograf –sistem de radiografie extraorală. Descriere un sistem de radiografie extraorală pentru radiografii panoramice digitale, indicat pentru producerea de imagini ortopantomamice cu posibilitatea expunerii pe secțiuni. Ortopantomograful are posibilitatea de a adăuga funcția de tomografie digitală. Tip tub D-054S Anod staționar Tensiune tub 60 – 95 kV Curent maxim tub 16 mA Unghi țintă 5°

							Punct focal 0,5 (IEC 60336/2005) Filtrare totală minimum 3,2 mm Al. la 95 kV Filtrare suplimentară a materialelor capacelor (numai CEF) minimum 1,4 mm Al. la 95 kV Conexiuni electrice Tensiune nominală a rețelei principale 100–120 V c.a. / 220–240 V c.a. Toleranță: ±10% Frecvența puterii de intrare 50/60 Hz Curent nominal 10 A la 220–240 V c.a., 15 A la 100–120 V c.a. Siguranțe principale (F1 și F2) 220–240Vac: Consum de putere 2,3 kVA la 220–240 V c.a., 1,65 kVA la 100–120 V c.a. Cablu controler de expunere Comutator de expunere de la distanță: DINFLEX–YY 4 x AWG 26, maximum 15 m
--	--	--	--	--	--	--	---

							Generator Generator c.c. de înaltă frecvență Tensiune anod 60–95 kV (+/-5 kV) Curent anod 2–16 mA (+/-20%) Precizie durată de expunere +/- 5% Precizie afișaj DAP +/- 25% Compensare coloană vertebrală compensat kV/mA Precizie cantitate de radiații emise > 95% Detector de imagine 2D Tehnologie/tip senzor CMOS Zonă de receptare a imaginii PAN: 152 x 6 mm CEF: 228 x 6 mm Programele și factorii tehnici pentru modalitatea panoramică Program panoramic standard 9,0 s Program panoramic standard segmentat 1,4–9,0 s Program panoramic pediatric 9,0 s
--	--	--	--	--	--	--	---

							Program panoramic pediatric segmentat 1,4–9,0 s Bitewing 5,20 s (2,6 s + 2,6 s) TMJ, proiecție laterală 4,0 s (2,0 s + 2,0 s) Parametrii PC: Monitor : 22 Inch Procesor: i5 - i7 Memorie virtuală: 4-8 Gb Video cartelă: 2-4 gb, 256 bit min Sursa de alimentare : min 500 w Hard Disc 1: 500 gb Hard Disc SSD: 256 gb Tastatură + Mouse Printer Color : Model:Epson L805 Alimentare electrică:220 V - 240 V 50-60 Hz Intensitatea nominală: 0.3 A Conectate:USB , WIFI
--	--	--	--	--	--	--	--

							Amplasare duzelor capului de imprimare: Duze de cerneală: 90 Duze de cerneală color: 90 pentru fiecare culoare Densitate hârtie:64-90 g/m ²
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director

Ofertantul: "Visiosystems" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocailor, 1