

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 din 27.03.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și parafarmaceutice conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 (repetat) prin procedura de achiziție: Licitatie publica

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	SET DE INFUZIE CU AC METALIC, L-TUB-150CM	China	CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE CO., LTD.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g de apă distilată la temperatura (20+-2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g de apă distilată la temperatura (20+-2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 150cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2, apirogen, netoxic, Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN. Confirmarea parametrilor tehnici măsurabili – https://jinlongmed.com/Disposable-infusion-set-pd6804014.html	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE AMED DM000365877
87	Set pentru cezariana	Setul produs la comandă (customizat) Modelul: Set pentru cezariana	Turcia	NURTEKS TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	I. 1. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clămă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1	I. 1. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: 150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clămă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc.	CE, DC, ISO 13485 Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE AMED

		Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzii individuale, fabricate conform specificatiei tehnice solicitate în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1678440380675			buc. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Componența setului de bază este înregistrată în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sub numere DM000003020, DM000003021, DM000003022, extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale-anexat Modelul customizat va fi înregistrat conform declarației cu privire la înregistrare la AMDM	DM000003020, DM000003021, DM000003022
83	Set chirurgical standard steril	SET CHIRURGICAL STERIL Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzii individuale, fabricate conform specificatiei tehnice solicitate în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1678440380675	Turcia	NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarăS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	1.Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 150x200cm - 1 buc 2.Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm - 1 buc 3. Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 30x35 cm - 2 buc 4. Camp parte inferioara. 190 x 195 cm - 1 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide > 50 cm H20/cm2 5. Camp parte superioarăS. 150x270 cm - 1 buc • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide min. 150 cm H20/cm2 6. Banda de poziționare 10*50 cm - 1 buc Confirmarea parametrilor tehnici măsurabili – M-INTER091222-1 TDS STANDARD SET.signed pag.1	Nr. de înregistrare în REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE AMED DM000422216

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist aciziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23