

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1614666891550

Data: „17” martie 2021

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:

Servicii de mentenanță și reparație a dispozitivelor medicale al IMSP Spitalul Raional Cahul

Lot:

Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
50400000-9	Lotul 1	1.1.Analizator hematologic Erma PCE-210	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		1.2.Analizator Easylite			
		1.3.Analizator semiautomat Sentinel Stat 303/Plus			
		1.4.Analizator hematologic Benesphera H32			
		1.5.Stație de decongelare a plasmei Helmer DH4			
50400000-9	Lotul 2	2.1.Autoclav Systec DX 100	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		2.2.Autoclav GK 100-3			
50400000-9	Lotul 3	3.1.Ventilator Hamilton C2	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h ,	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de	Conform cerintelor
		3.2.Ventilator Hamilton C1			
		3.3.Ventilator Bennet LP10			
		3.4.Ventilator Heyer Iternis Evo			
		3.5.Ventilator Medec Saturn Evo			

		3.6.CPAP Hamilton Arabella	achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	
50400000-9	Lotul 4	4.1.Mașină de anestezie Nambuk Safer 100	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		4.2.Mașină anestezie Drager Fabius Plus			
		4.3.Mașină anestezie Drager Primus			
50400000-9	Lotul 5	5.1.Defibrilator Physio-Control LifePack 9P	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		5.2.Defibrilator Metrax Primedic XD30			
		5.3.Defibrilator Philips heartstart xl			
		5.4.Resuscitor neonatal GE Giraffe Super Star			
		5.5.Defibrilator Schiller Defigard 3002			
50400000-9	Lotul 6	6.1.Cardiograf Biocare IE 6	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		6.2.Electrocardiograf GE Mac 600			
		6.3.Electrocardiograf Lumed euroecg 12			
		6.4.Electrocardiograf Mac 800			
		6.5.Electrocardiograf Edan SE 2101			
		6.6.Electrocardiograf Kenz Cardico 1211			
50400000-9	Lotul 7	7.1.Încălzitor copii Atom Infa Warmer V-505	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil	Conform cerintelor
		7.2.Incubator Ardo Amelie			

50400000-9	Lotul 7	7.3.Încălzitor nou-născuți Ohmeda Infant Warmer System	funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		7.4.Incubator Atom V-85			
50400000-9	Lotul 8	8.1.Lampă de fototerapie Ardo Amelux	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		8.2.Lampă de fototerapie GE Lullaby			
		8.3.Masă radiantă Drager Infant Resuscitaire Warmer			
50400000-9	Lotul 10	10.1.Monitor fetal Edan F6	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		10.2.Monitor fetal Huntleigh Sonicaid FM800 Encore			
		10.3.Monitor pacient Emtel FX3000			
		10.4.Monitor pacient DASH 5000			
		10.5.Monitor pacient GE B650			
		10.6.Monitor pacient Vizor Heyer			
		10.7.Monitor pacient IVAC 506DXNT			
50400000-9	Lotul 11	11.1.Ultrasonic Doppler Edan Sonotrax	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h , achitarea fiind conform serviciilor prestate (De facto).	Conform cerintelor
		11.2.Ultrasonograf GE Vivid 7			

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Savca Octavian

În calitate de: Director General

Ofertantul: Vipromed Service SRL

Adresa: mun.Chișinău, str. Zamfir Arbore 13