

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1758639843271/21479700 din: 23.09.2025 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției:Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 3)								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
2	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă	V-600	China	HIVIS MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină cu încălzire continuă. Parametrul Specificația Productivitate în regim normal: ≥ 500 teste/oră Teste chimice: Bilirubin Sânger (hematii) Glucoză Corp cetonici Esterază leucocitară (Leucocite) Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Albumina Creatina culoare, claritate, Opțional Rezultate calculate automat raport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsură convenționale, SI Programare probe manuale, coduri de bare sau descărcate de la LIS Calibrare automată Cititor de coduri de bare Obligatoriul Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în sumă ≤ 70 secunde Interfață LIS Unidirecțională Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă termică Obligatoriul Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie inclus toți reagenții necesari cit și albe accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivi necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator cit și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cit și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cit și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare buinei funcționări pe întreaga perioadă a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, limpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continuă Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină cu încălzire continuă. Parametrul Specificația Productivitate în regim normal: 600 teste/oră Teste chimice: Bilirubin Sânger (hematii) Glucoză Corp cetonici Esterază leucocitară (Leucocite) Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Albumina Creatina culoare, claritate, Opțional Rezultate calculate automat raport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsură convenționale, SI Programare probe manuale, coduri de bare sau descărcate de la LIS Calibrare automată Cititor de coduri de bare Obligatoriul Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în sumă ≤ 70 secunde Interfață LIS Unidirecțională Memorie internă 100 000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă termică Obligatoriul Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie inclus toți reagenții necesari cit și albe accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivi necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator cit și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cit și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cit și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare buinei funcționări pe întreaga perioadă a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, limpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.	DoC, ISO in proces

5	Analizator ion-selectiv Na, K	Analizator ion-selectiv Na, K	HRJ-E800	China	HRJ Biotech Medical Co., Ltd.	Analizator ion-selectiv Na, K Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser Urină Plasmă Sânge integru Tip analize Na K Spălare automată Obligatoriu Display LCD sau LED Imprimantă termică Obligatoriu Data management Obligatoriu Interfața PC Obligatoriu Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru ≥ 50 analize (pentru instruire / testare) efectuarea analizelor și buna funcționare Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerințe se consideră neaplicabile. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	Analizator ion-selectiv Na, K Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser, Plasmă Tip analize Na K Spălare automată Obligatoriu Display: 5.6 inch high resolution color screen Imprimantă termică Obligatoriu Data management Obligatoriu Interfața PC Obligatoriu Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru ≥ 50 analize (pentru instruire / testare) efectuarea analizelor și buna funcționare Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerințe se consideră neaplicabile. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	DoC, ISO in proces
---	-------------------------------	-------------------------------	----------	-------	-------------------------------	---	---	--------------------

8	Analizator hematologic automat (5 diff)	Analizator hematologic automat (5 diff)	Hemaray 51	China	Rayto Life and Analytical Sciences Co.,Ltd.	Analizator hematologic automat (5 diff)Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine. Parametriul Specificatia optica (5 diff) Procedura de curăţire automată Parametri determinaţi şi calculaţi: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM# LYMP% NEU# NEU% BAS# BAS% MON# MON% EOS# EOS% RDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Dăruirea automată Afişaj grafic, ecran tactil color Imprimantă obligatorie Introducerea datelor manual Interfaţa PC obligatorie Afişarea histogramelor obligatorie Stocarea datelor obligatorie Calibrarea automată, manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scattergrame WBC - 5 diff Afişarea pe ecran a tuturor datelor histogramare rezultate rezultate din arhivă date de serviu Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vârstă Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi histogramare pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatorii Control al calităţii ≥ 3 nivele Construirea tabelelor şi graficelor LeveyJenings Memorie internă ≥ 1000 pacienţi Limba de comunicare rom/ruus Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deşeuuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Să fie inclus toţi reagenţii necesari cât şi alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor şi buna funcţionare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Sa fie incluse eprubete 2,5 ml cu anticoagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit ≥ 50 eprubete (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preţ trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluţiile QC şi calibrare Cantitatea soluţiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calităţii şi calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura Transmitema către spital documentaţia completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) şi să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menţenanţa preventivă şi corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât şi pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanţă şi piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât şi pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât şi pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta iniţială. Timpul de intervenţie în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preţ pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenţi livraţi: La momentul livrării. Minim 6 luni, dar nu mai puţin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în preţul dispozitivului medical şi preţurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calităţii pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calităţii). Toate piesele şi kiturile de mentenanţă necesare bunei funcţionări pe întreaga perioada a contractului. Sistemul de filtrare (staţie purificare apă) şi toate filtrele necesare pentru funcţionarea staţiei de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntrerupibilă de alimentare) şi costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanţie deplină şi înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluţii de spălare, soluţii de buffer, electrozi/modul ISE, electrovotor pentru reacţie, lămpi şi tot spectrul de consumabile necesare bunei funcţionări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Remarcă pentru cerinţele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură şi mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfaţă integrată cu ecran tactil color complet funcţional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluţie salină proprietară) şi care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerinţă se consideră neaplicabilă. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	Analizator hematologic automat (5 diff)Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine. Parametriul Specificatia optica (5 diff) Procedura de curăţire automată Parametri determinaţi şi calculaţi: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM# LYMP% NEU# NEU% BAS# BAS% MON# MON% EOS# EOS% RDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Dăruirea automată Afişaj grafic, ecran tactil color Imprimantă obligatorie Introducerea datelor manual Interfaţa PC obligatorie Afişarea histogramelor obligatorie Stocarea datelor obligatorie Calibrarea automată, manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scattergrame WBC - 5 diff Afişarea pe ecran a tuturor datelor histogramare rezultate rezultate din arhivă date de serviu Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vârstă Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi histogramare pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatorii Control al calităţii ≥ 3 nivele Construirea tabelelor şi graficelor LeveyJenings Memorie internă ≥ 100000 pacienţi Limba de comunicare rom/ruus Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deşeuuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Să fie inclus toţi reagenţii necesari cât şi alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor şi buna funcţionare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Sa fie incluse eprubete 2,5 ml cu anticoagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit ≥ 50 eprubete (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preţ trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluţiile QC şi calibrare Cantitatea soluţiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calităţii şi calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura Transmitema către spital documentaţia completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) şi să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menţenanţa preventivă şi corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât şi pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanţă şi piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât şi pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât şi pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta iniţială. Timpul de intervenţie în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preţ pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenţi livraţi: La momentul livrării. Minim 6 luni, dar nu mai puţin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în preţul dispozitivului medical şi preţurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calităţii pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calităţii). Toate piesele şi kiturile de mentenanţă necesare bunei funcţionări pe întreaga perioada a contractului. Sistemul de filtrare (staţie purificare apă) şi toate filtrele necesare pentru funcţionarea staţiei de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntrerupibilă de alimentare) şi costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanţie deplină şi înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluţii de spălare, soluţii de buffer, electrozi/modul ISE, electrovotor pentru reacţie, lămpi şi tot spectrul de consumabile necesare bunei funcţionări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Remarcă pentru cerinţele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură şi mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfaţă integrată cu ecran tactil color complet funcţional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluţie salină proprietară) şi care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerinţă se consideră neaplicabilă. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	DoC, ISO in proces
---	---	---	------------	-------	---	--	---	--------------------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4