

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1572249741398 din 03/11/2019

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipament de laborator pentru analiza vinurilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lot 1: Oximetru 1.1 Aparat pentru determinarea concentrației de oxigen în vin. + Multimetru portabil cu un canal pentru pH, ORP, conductivitate, TDS	C6010	Belgia	Consort	Oximetrul utilizat pentru identificarea nivelului oxigenului în vin (domeniul vinificației) , atât în condiții de laborator, cât și în recipiente de producere. Cerințe tehnice minime solicitate: • Acuratețe conductivității: ± 0.5 în intervalul (între 1 μS/cm și 200 mS/cm) • Acuratețe temperatura: ± 0.3 °C • Instrument: Portabil • Măsurarea conductivității: de la 0.01 μS/cm până la 200 mS/cm • Măsurarea oxigenului dizolvat: 0.1 – 20 mg/L • pH Electrode calibrare: minim 1-3 puncte calibrare	Cerințe tehnice oferite: • Acuratețe conductivității: 0.5% în intervalul (între 1 μS/cm și 200 mS/cm) • Acuratețe temperatura: ± 0.1 °C • Instrument: Portabil • Măsurarea conductivității: de la 0.01 μS/cm până la 2000 mS/cm • Măsurarea oxigenului dizolvat: 0.1 – 60 mg/L • pH Electrode calibrare: 1-5 puncte calibrare • Măsurare a intervalului pH: -2 ÷ 16 pH. • Rezoluția conductivității: 0.001 μS/cm.	

				<ul style="list-style-type: none"> • Măsurare a intervalului pH minim: 0-14 pH. • Rezoluția conductivității: minim 5 cifre. • Rezoluția mV: 0.1 mV • Rezoluție oxigen dizolvat: 0.01 mg/L sau 0.1% Saturație oxigen dizolvat • Tip electrod: Standard <p>Notă! Operatorul economic în oferta sa va include toate accesoriile integrate și cele opționale prevăzute de producător. Totodată va fi prezentat certificatul de garanție cu termen minim 1 an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rezoluția mV: 0.1 mV • Rezoluție oxigen dizolvat: 0.01 mg/L • Tip electrod: Standard. <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electrod pentru măsurarea oxigenului dizolvat; - Electrod pentru măsurarea pH; - Electrod pentru măsurarea conductivității; - Electrod ORP; - carcasa de transportare. <p>Termen de garanție: 1 an</p>	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str.București 23a, of.415, Chișinău, MD 2001, Republica Moldova**