

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744877607033 din 19 mai 2025, 15:40 - 20 iun 2025, 15:40

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Insitutul de Medicină Urgentă

Co d CP V	Nr · d/ o	Denumirea bunurilor/serviciil or	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servici i						
331 000 00- 1	1	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla	Leon MRI	Germania	Lowenstein Medical	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanța magnetică. Specificația: Toate componentele mașinii de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T. Display color Prize de gaz O2, Aer Debitmetre gaz O2, Aer Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran Mașina trebuie să fie compatibilă cu RMN 1,5 T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da Liniile câmpului magnetic ≥400 Gauss Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Alarmer vizuale și sonore – da Ventilator automat: Tip pacient adult Moduri de ventilație - minim 5 moduri prestabilite și manual/spontan Flowmetru auxiliar O2 / funcție de administrare a oxigenului în mod continuu către pacient Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH2O Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem de evacuare a gazelor anestezice activ – da Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 2 buc Baterie internă reincărcabilă autonomie de lucru ≥ 1h Sertar pentru depozitare ≥ 1 buc Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc. Furtun pentru sistemul de evacuare gaze inclusiv conector AGSS – 1 buc Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Plămân de test, reutilizabil 1 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc. 1 bucată Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 50 buc. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil	Mașină de anestezie compatibilă cu RMN 1.5Tesla și 3.0 Tesla, Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanța magnetică. Specificația: Toate componentele mașinii de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu RMN 1.5T și 3.0T. Display color Prize de gaz O2, Aer, N2O, Debitmetre gaz O2, Aer, N2O, Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran Mașina trebuie să fie compatibilă cu RMN 1,5 T și 3.0 T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da Liniile câmpului magnetic ≥400 Gauss Gauss alarmă – cu indicator vizual și/sau sonor Alarmer vizuale și sonore – da Ventilator automat: Tip pacient adult și copii, Moduri de ventilație - 5 moduri prestabilite și manual/spontan Flowmetru auxiliar O2 / funcție de administrare a oxigenului în mod continuu către pacient Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH2O Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem de evacuare a gazelor anestezice activ – da Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 2 buc Baterie internă reincărcabilă autonomie de lucru ≥ 1.4h Sertar pentru depozitare 3 buc Presiune de alimentare cu gaze 2.8 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc. Furtun pentru sistemul de evacuare gaze inclusiv conector AGSS – 1 buc Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Plămân de test, reutilizabil 1 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc. 1 bucată Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 50 buc. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea RMN 1.5T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că	DM000740721

						RMN-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	produsul este non-feromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil RMN-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**