

SPECIFICATIILE TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: *nr. ocds-b3wdp1-MD-1639041650289, ID: 21048340 din 14.01.2022*

Obiectul achiziției: *Produse parafarmaceutice 2022*

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumire Lot</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
33600000-6	51	51.Clipuri standard p/u aplicare temporară de tip FT284T	FT284T	Germania	Aesculap AG	Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6mm; Deschiderea brașelor minim 7,4mm; Forța de închidere minim 110gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Curbate, lungimea brașelor - 10,3mm; Deschiderea brașelor minim 7,4mm; Forța de închidere minim 110gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	52	52.Clipuri standard p/u aplicare temporară de tip FT247T	FT247T	Germania	Aesculap AG	Curbate, moderat sub formă de banan, lungimea brașelor minim 7,0mm; Forța de închidere minim 90 gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Curbate, moderat sub formă de banan, lungimea brașelor 8,6mm; Forța de închidere minim 90 gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	53	53.Mini clipuri p/u aplicare permanentă de tip FT710T	FT710T	Germania	Aesculap AG	Drepte, lungimea brașelor - 5,0-5,3mm; Deschiderea brașelor minim 4,0mm; Forța de deschidere minim 110gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Drepte, lungimea brașelor - 5,0mm; Deschiderea brașelor minim 4,0mm; Forța de deschidere minim 110gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	54	54.Mini clipuri p/u aplicare permanentă de tip FT717T	FT717T	Germania	Aesculap AG	Curbate, moderat sub formă de banan, lungimea brașelor - 6,3-6,6mm; Forța de închidere minim 110gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Curbate, moderat sub formă de banan, lungimea brașelor - 6,3mm; Forța de închidere minim 110gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	55	55.Mini clipuri p/u aplicare temporară de tip FT224T	FT224T	Germania	Aesculap AG	Curbate, lungimea brașelor - 5,0-5,3mm; Deschiderea brașelor minim 4,0mm; Forța de închidere minim 70gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Curbate, lungimea brașelor - 5,0mm; Deschiderea brașelor minim 4,0mm; Forța de închidere minim 70gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485
33600000-6	56	56.Mini clipuri p/u aplicare temporară de tip FT217T	FT217T	Germania	Aesculap AG	Curbate moderat sub formă de banan, lungimea brașelor - 6,3-6,6mm; Deschiderea brașelor minim 6,0mm; Forța de închidere minim 70gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	Curbate moderat sub formă de banan, lungimea brașelor - 6,3mm; Deschiderea brașelor minim 6,0mm; Forța de închidere minim 70gr; Non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485

33600000-6	194	194.Set operații coxo-femorale Ortopedie	60602 + 803026	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Set p/u implant coxo-femoral, împachetat steril, ambalaj individual. SET: I.Câmp femoral 230x330cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 20x15cm (±2 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130x75cm (±2 cm), ambii saci cu robinete; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50x150cm (±2 cm), cu 2 saci p/u instrumente minim 30x25cm (±2 cm), bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; II.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; III.Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (±2 cm) 4 buc; IV.Panglică de operație minim 10x50cm (±2 cm) 2 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu clei pe toată suprafața, liber de colofoniu; V.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare 1 buc; VI.Câmp p/u masă 150x190cm (±2 cm), ranforsat, bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); VII.Câmp p/u pacient 150x190cm (±2 cm), bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); VIII.Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (±2 cm) 1 buc. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>Set p/u implant coxo-femoral, împachetat steril, ambalaj individual. SET: I.Câmp femoral 230x330cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 20x15cm (±2 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130x75cm (±2 cm), ambii saci cu robinete; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50x150cm (±2 cm), cu 2 saci p/u instrumente minim 30x25cm (±2 cm), bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; II.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; III.Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (±2 cm) 4 buc; IV.Panglică de operație minim 10x50cm (±2 cm) 2 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu clei pe toată suprafața, liber de colofoniu; V.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare 1 buc; VI.Câmp p/u masă 150x190cm (±2 cm), ranforsat, bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); VII.Câmp p/u pacient 150x190cm (±2 cm), bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); VIII.Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (±2 cm) 1 buc. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	CE, ISO 13485, Declarații de conformitate
------------	-----	--	----------------	--------	-----------------------	---	---	---

33600000-6	195	195.Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală)	669600	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>1.Câmp p/u masa Mayo, dimensiuni 80x145cm (± 2cm), zona absorbantă 65x85cm (± 2cm), fortificat. Ranforsat, rezistent la instrumentele chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (± 2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m² - 1 buc;</p> <p>2.Ștergar p/u mâni, 20x25cm (± 2cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se va exclude poliesterul - 6 buc;</p> <p>3.Absorbant perineal 20x40cm (± 2cm), impermeabil - 1 buc;</p> <p>4.Sușținător p/u tuburi velcro 2,5x30cm (± 2cm) - 2 buc;</p> <p>5.Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75cm (± 2cm). Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (± 2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m². Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu față dublă (p/u a nu forma impereabilitatea la microbi și lichide) - 1 buc;</p> <p>6.Sac p/u defibrilator, minim 30x40cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil - 1 buc;</p> <p>7.Panglica de operație minim 10x50cm (± 2cm) impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu - 2 buc;</p> <p>8.Cearșaf toracic minim 200/300x330cm (± 2cm), aria de incizie 30x40cm (± 2cm). Compus din minim 4 straturi bine delimitate: a)strat confort p/ru pacient; b)strat impermeabil pe toată suprafață; c)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150cm (± 2cm); d)strat absorbant pe toată suprafața. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme p/u ghidare. Rezistent nu mai puțin de 80kPa;>100col H₂O în zona critică - 1 buc;</p> <p>9.Cerșaf absorbant minim 150x240cm (± 2cm), zonă absorbantă minim 80x240cm (± 2cm), compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, nu mai puțin de 60μ; b)strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² - 1 buc... * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>1.Câmp p/u masa Mayo, dimensiuni 80x145cm (± 2cm), zona absorbantă 65x85cm (± 2cm), fortificat. Ranforsat, rezistent la instrumentele chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (± 2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m² - 1 buc;</p> <p>2.Ștergar p/u mâni, 20x25cm (± 2cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se va exclude poliesterul - 6 buc;</p> <p>3.Absorbant perineal 20x40cm (± 2cm), impermeabil - 1 buc;</p> <p>4.Sușținător p/u tuburi velcro 2,5x30cm (± 2cm) - 2 buc;</p> <p>5.Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75cm (± 2cm). Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (± 2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m². Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu față dublă (p/u a nu forma impereabilitatea la microbi și lichide) - 1 buc;</p> <p>6.Sac p/u defibrilator, minim 30x40cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil - 1 buc;</p> <p>7.Panglica de operație minim 10x50cm (± 2cm) impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu - 2 buc;</p> <p>8.Cearșaf toracic minim 200/300x330cm (± 2cm), aria de incizie 30x40cm (± 2cm). Compus din minim 4 straturi bine delimitate: a)strat confort p/ru pacient; b)strat impermeabil pe toată suprafață; c)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150cm (± 2cm); d)strat absorbant pe toată suprafața. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme p/u ghidare. Rezistent nu mai puțin de 80kPa;>100col H₂O în zona critică - 1 buc;</p> <p>9.Cerșaf absorbant minim 150x240cm (± 2cm), zonă absorbantă minim 80x240cm (± 2cm), compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, nu mai puțin de 60μ; b)strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² - 1 buc.* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
------------	-----	--	--------	--------	-----------------------	--	---	---

33600000-6	196	196.Set chirurgical absorbant p/u operații craniene (set desfășurat) Neurochirurgie	97095457	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Componente în SET împachetat steri, ambalaj individual: 1.Câmp craniotomie 230x300cm (± 2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 1 buc; 2.Câmp absorbant 50x50cm (± 2cm). Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 4 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x20cm (± 2cm) - 2 buc; 4.Panglica de operație minim 10x50cm (± 2cm). Impermiabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu. P/u fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul intervenției chirurgicale - 1 buc; 5.Câmp p/u masa Bobrov 190x280cm (± 2cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc; 6.Câmp tip Mayo p/u masa de instrumente 145x80cm (± 2cm). Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictograma p/u ghidare - 1 buc; 7.Cateter de aspirație 12CH - 1 buc; 8.Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (± 2cm) - 1 buc; 9.Seringa 20ml, Luer Lock - 3 buc; 10.Mânere p/u lampa de operație - 2 buc; 11.Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator Rg-contrast, dimensiuni 12x70mm (± 2cm) - 10 buc; 12.Bisturiu jetabil №15 - 1 buc; 13.Bisturiu jetabil №21 - 1 buc; 14.Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație - 1 buc; 15.Bol gradat 120ml p/u ace utilizate - 1 buc; 16.Husă microscop cu trei porturi - 1 buc; 17.Forceps jetabil p/u coagulator bipolar. Design baionetă, compatibil la aparatul de coagulare „Aesculap” - 1 buc;.. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>Componente în SET împachetat steri, ambalaj individual: 1.Câmp craniotomie 230x300cm (± 2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 1 buc; 2.Câmp absorbant 50x50cm (± 2cm). Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 4 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x20cm (± 2cm) - 2 buc; 4.Panglica de operație minim 10x50cm (± 2cm). Impermiabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu. P/u fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul intervenției chirurgicale - 1 buc; 5.Câmp p/u masa Bobrov 190x280cm (± 2cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc; 6.Câmp tip Mayo p/u masa de instrumente 145x80cm (± 2cm). Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictograma p/u ghidare - 1 buc; 7.Cateter de aspirație 12CH - 1 buc; 8.Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (± 2cm) - 1 buc; 9.Seringa 20ml, Luer Lock - 3 buc; 10.Mânere p/u lampa de operație - 2 buc; 11.Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator Rg-contrast, dimensiuni 12x70mm (± 2cm) - 10 buc; 12.Bisturiu jetabil №15 - 1 buc; 13.Bisturiu jetabil №21 - 1 buc; 14.Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație - 1 buc; 15.Bol gradat 120ml p/u ace utilizate - 1 buc; 16.Husă microscop cu trei porturi - 1 buc; 17.Forceps jetabil p/u coagulator bipolar. Design baionetă, compatibil la aparatul de coagulare „Aesculap” - 1 buc. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	CE, ISO 13485, Declarații de conformitate
------------	-----	---	----------	--------	-----------------------	--	--	---

33600000-6	197	197.Set individualizat steril p/u operații la genunchi (cu câmp Bobrov)	97105321	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Set p/u implant genunchi, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp p/u operații la genunchi 230x320cm (± 2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu bordura elastică transparentă p/u articulația genunchiului 10x10x15cm (± 5 cm) p/u colectarea lichidului, cu stockinet integrat, cu robineti. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (± 2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat care respiră dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Sac detașabil p/u instrumente de diatermie și aspirație 30x40cm (± 2 cm) – 2 buc; 4. Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (± 2 cm) - 1 buc; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (± 2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare – 1 buc; 6.Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm (± 2 cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc;.. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	<p>Set p/u implant genunchi, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp p/u operații la genunchi 230x320cm (± 2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu bordura elastică transparentă p/u articulația genunchiului 10x10x15cm (± 5 cm) p/u colectarea lichidului, cu stockinet integrat, cu robineti. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (± 2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat care respiră dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Sac detașabil p/u instrumente de diatermie și aspirație 30x40cm (± 2 cm) – 2 buc; 4. Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (± 2 cm) - 1 buc; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (± 2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare – 1 buc; 6.Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm (± 2 cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc; Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate
------------	-----	---	----------	--------	-----------------------	--	--	---