

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1678452492382
<b>Denumirea procedurii de achiziție</b> <b>Mentenanța AirLiquide Monnal T75</b>

<b>Denumirea lot/pozitie</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producător</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specific tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Mentenanță, pentru ventilator pulmonar AirLiquide Monnal T75</b>	<b>Monnal T75</b>	<b>Franta</b>	<b>AirLiquide</b>	<p>Mentenanța va fi efectuată la solicitare doar după reparația dispozitivului. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Update la software, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrefierea părților mecanice, curățarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificării funcționalității corecte a regimurilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. În costul serviciilor de mentenanță să fie incluse kit-ul de mentenanță anual (KY732558), un set de filtre (KY732609), și acumulator intern(KY633300) . O intervenția obligatorie pe an per dispozitiv.</p>	<p>Mentenanța va fi efectuată la solicitare doar după reparația dispozitivului. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Update la software, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrefierea părților mecanice, curățarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificării funcționalității corecte a regimurilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. În costul serviciilor de mentenanță să fie incluse kit-ul de mentenanță anual (KY732558), un set de filtre (KY732609), și acumulator intern(KY633300) .</p>	CE

				<p>Minim 11 intervenții la necesitate pe parcursul anului. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv <math>\leq 24</math> ore.</p> <p>Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător;</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Lucrările se vor efectua la solicitare.</p>	<p>O intervenția obligatorie pe an per dispozitiv.</p> <p>Minim 11 intervenții la necesitate pe parcursul anului. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră.</p> <p>Intervenția la dispozitiv <math>\leq 24</math> ore.</p> <p>Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător;</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Lucrările se vor efectua la solicitare.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău