

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1548838462638</b> din 11.03.2019
Denumirea licitației: <b>Servicii de deservire și întreținere a dispozitivelor medicale</b>

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	<b>Servicii</b>			
50421000-2	<b>Lotul 8</b>			
	Dispozitiv pentru respirație artificială Shangrilla 590	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice;</li> <li>– Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice;</li> <li>– Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice;</li> <li>– Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da, Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice;</li> <li>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice;</li> <li>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice;</li> <li>Da, Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;</li> </ul>	



*[Handwritten signature]*

		<p>- Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO2;</p> <p>- Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare;</p> <p>- Efectuarea controlului funcționării sistemului termic al umidificatorului;</p> <p>- Efectuarea controlului ermetismului general al circuitului respirator;</p> <p>- Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare;</p> <p>- Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator;</p> <p>- Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor /blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare;</p> <p>- Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificării scurgerilor de curent;</p> <p>- Efectuarea verificării dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; - Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul;</p> <p>- Instruirea personalului medical, dacă este necesitate;</p> <p>! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.</p>	<p>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO2;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării sistemului termic al umidificatorului;</p> <p>Da, Efectuarea controlului ermetismului general al circuitului respirator;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator;</p> <p>Da, Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor /blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare;</p> <p>Da, Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ;</p> <p>Da, Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificării scurgerilor de curent;</p> <p>Da, Efectuarea verificării dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.;</p> <p>Da, Instalarea pieselor de schimb și</p>
--	--	---	--



*Oliver*



*Blum*

50421000-2	Lotul 10		<p>recalibrare dacă e cazul;          Da, Instruirea personalului medical, dacă este necesitate;          Da, Se va efectua soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.</p>	
	<p>Dispozitiv pentru respirație artificială VELA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO<sub>2</sub>; - Efectuarea calibrării sensorului de oxigen;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării sistemului termic al umidificatorului;</li> <li>- Efectuarea controlului ermetismului general al circuitului respirator;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare;</li> <li>- Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor</li> </ul>	<p>Da, Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO<sub>2</sub>; - Efectuarea calibrării sensorului de oxigen;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării sistemului termic al umidificatorului;</p> <p>Da, Efectuarea controlului ermetismului general al circuitului respirator;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului vizual al</p>	

		<p>elementelor al conturului respirator;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare;</li> <li>- Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent;</li> <li>- Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; - Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul;</li> <li>- Instruirea personalului medical, dacă este necesitate;</li> </ul> <p>! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.</p>	<p>integrității tuturor elementelor al conturului respirator;</p> <p>Da, Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare;</p> <p>Da, Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ;</p> <p>Da, Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent;</p> <p>Da, Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.;</p> <p>Da, Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul;</p> <p>Da, Instruirea personalului medical, dacă este necesitate;</p> <p>Da, Se va efectua soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.</p>
50421000-2	<b>Lotul 11</b>		
	Dispozitiv pentru respirație artificială Monnal T75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării a sistemelor</li> </ul>	<p>Da, Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării a</p>



*[Handwritten signature]*

		<p>mecanice;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FIO2;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării sistemului termic al umidificatorului;</li> <li>- Efectuarea controlului ermetismului general al circuitului respirator;</li> <li>- Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare;</li> <li>- Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator;</li> <li>- Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detailiilor /blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare;</li> <li>- Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificării scurgerilor de curent;</li> <li>- Efectuarea verificării dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; - Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul;</li> <li>- Instruirea personalului medical, dacă este</li> </ul>	<p>sistemelor mecanice;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FIO2;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării sistemului termic al umidificatorului;</p> <p>Da, Efectuarea controlului ermetismului general al circuitului respirator;</p> <p>Da, Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare;</p> <p>Da, Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator;</p> <p>Da, Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detailiilor /blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare;</p> <p>Da, Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ;</p> <p>Da, Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificării scurgerilor de</p>
--	--	--	---



*Plum*

		<p>necesitate;</p> <p>! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.</p>	<p>curent;</p> <p>Da, Efectuarea verificării dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.;</p> <p>Da, Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul;</p> <p>Da, Instruirea personalului medical, dacă este necesitate;</p> <p>Da, Se va efectua soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.</p>
--	--	---	--

Semnat: 

**Numele, Prenumele:** Trocin Caterina

**În calitate de:** Administrator

**Ofertantul:** „HEALTH MEDICAL SOLUTION” SRL

**Adresa:** str. Cetatea Albă 143/1, of 37, MD-2002 Chișinău

