

Specificații tehnice										
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:			LP nr. 21639918/ ocds-b3wdp1-MD-1782470151000						Data: 28.07.2026	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027						Lot: cele enumerate	Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6	7	8	
33100 000-1	1	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale (004493)	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale (004493)	Endurity MRI, ref.: PM2172 + electrod TendriI™ MRI: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + 2088TC/58 sau 2088TC/65	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micsoarea stimulrii VD, posibilitatea efectuarii SEF (optional). Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52 sau 58; 1 electrod ventricular cu lungimea 58 sau 65, diametru 6F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micsoarea stimulrii VD, posibilitatea efectuarii SEF (optional). Lungevitatea bateriei 9,7 ani. Dimensiunea electrodului la cerinta specialistului - Capacitate de confirmare a capturii ventriculare „beat-by-beat”. - Functie de stimulare la o frecventa redusa in timpul somnului, pe baza de senzor cu accelerometru. - Capacitate de inregistrare pana la 14 min a electrogramelor intracavitate. Brosura atasat.	DM000307931 DM000654904 DM000654903	
33100 000-1	2	Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004494)	Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004494)	Fortify Assura DR, ref.: CD2359-40QC + electrod TendriI™ MRI: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + DURATA™: 7122Q/58 sau 7122Q/65 (tip DF-4), sau Fortify Assura DR: ref.: CD2359-40C + electrod TendriI™ MRI: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + DURATA™: 7122/58 sau 7122/65 (tip DF-1)	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 9,7 ani, inclusiv cu electrod atrial, diametru 6F, lungimea 52 sau 58 și electrod ventricular de socare lungimea 58 sau 65, diametru 7F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de socare 40 Dj. Dimensiunea electrodului la cerinta specialistului. - Posibilitatea de a livra stimulare antitahicardica inainte si pe durata incarcarii inainte de livrarea socului pentru evenimentele detectate in zona de fibrilatie ventriculara (FVT via VF). - Sistem de monitorizare a pacientului cu alerte configurabile prin vibratie; - Posibilitatea programarii duratei impulsului bifazic in terapia de defibrilare. Brosura atasata.	DM000396445 DM000654903 / DM000503633 DM000307917 DM000396442 DM000307916	
33100 000-1	3	Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004495)	Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004495)	Fortify Assura VR, ref.: CD1359-40QC + DURATA™: 7122Q/58 sau 7122Q/65 (tip DF-4), sau Fortify Assura VR, ref.: CD1359-40C + DURATA™: 7122/58 sau 7122/65 (tip DF-1)	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip SR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 8 ani , electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip – electrod ventricular VR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 10,3 ani, electrod ventricular de socare lungimea 58 sau 65, diametru 7F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de socare 40 Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului. - Posibilitatea de a livra stimulare antitahicardica inainte si pe durata incarcarii inainte de livrarea socului pentru evenimentele detectate in zona de fibrilatie ventriculara (FVT via VF). - Sistem de monitorizare a pacientului cu alerte configurabile prin vibratie; - Posibilitatea programarii duratei impulsului bifazic in terapia de defibrilare. Brosura atasata.	DM000396439 DM000307917 DM000396436 DM000307916	

