

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21.09.2024

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință
33100 000-1	52	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus	KX410, 10x12 in, (25cmx30cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), ambalaj până la 100 bucăți în cutie, compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 19.08.2024, ID 762098, DOSAR №8916
33100 000-1	53	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 125 SHEETS, 20 X 25 CM, DRYVIEW DVB+	SUA	CARESTREA M HEALTH, INC.	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 100 bucăți în cutie	Film radiologic digital DVB+ p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.125) 20x25 Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000003704
33100 000-1	58	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Green,30x40 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula) Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283966
33100 000-1	59	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Green,35x35 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula) Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283967
33100 000-1	60	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Green,24x30 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula) Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283965
33100 000-1	62	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix	KX410, 14x17 in, (35cmx43cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix, Fujifilm	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 19.08.2024, ID 762098, DOSAR №8916
33100 000-1	64	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix	KX410, 8x10 in, (20cmx25cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Filme radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm	Filme radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 19.08.2024, ID 762098, DOSAR №8916
33100 000-1	66	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch)	KX410, 10x12 in, (25cmx30cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – ML	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – ML Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 19.08.2024, ID 762098, DOSAR №8916

33100 000-1	67	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch)	KX410, 10x14 in, (26cmx36cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) ambalaj 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 19.08.2024, ID 762098, DOSAR №8916
33100 000-1	70	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm	Green,13x18 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Película radiologică sensibil verde 13x18 N100 Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283963
33100 000-1	71	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm	Green,18x24 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Película radiologică sensibil verde 18x24 N100 Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283964
33100 000-1	72	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Green,24x30 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Película radiologică sensibil verde 24x30 N100 Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283965
33100 000-1	73	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Green,30x40 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Película radiologică sensibil verde 30x40 N100 Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283966
33100 000-1	74	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Green,35x35 cm, N 100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Película radiologică sensibil verde 35x35 N100 Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000283967
33100 000-1	93	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hartie milimetrică p/u ECG UPP-110S, 110MM*20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163, DOSAR №8838
33100 000-1	95	Hârtie milimetrică 80mm x 20m	Hartie milimetrică p/u ECG 80mm x 20m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2	Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2 Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163, DOSAR №8838
33100 000-1	99	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	Hartie milimetrică p/u ECG 215mm x 30m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163, DOSAR №8838
33100 000-1	100	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	Hartie milimetrică p/u ECG 80mm x 20m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301 Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163, DOSAR №8838
33100 000-1	103	Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m.	Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m.	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă	parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163, DOSAR №8838
33100 000-1	109	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm*140mm*20m, tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163, DOSAR №8838

33100 000-1	113	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm*140mm*200 foi, tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	115	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă	UPP-110S, 110MM*20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	116	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă	110mm x 20m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	117	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm x25m tip: rola (Bene Heart)	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm x 20m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mmx25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mmx25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	120	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	121	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm*140mm*200 foi, tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	123	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm*295mm*200 foi, tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08 Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	125	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm*295mm*200 foi, tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000 Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	126	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 30m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838

33100 000-1	131	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă carioaj rosu/albastru. Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	135	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă carioaj rosu/albastru. Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	136	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru. Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	137	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 30m, tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru. Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	138	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, carioaj	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250 foi, tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, carioaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, carioaj rosu/albastru. Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	139	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250 foi, tip: pliată	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată carioaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată carioaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	141	Hîrtie printer USG	Hîrtie Termica pentru Printer USG UPP-110S, 110MM*20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD	110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	145	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Hîrtie Termica pentru Printer USG UPP-110HG, 110MM*18M, High Gloss	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hîrtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	149	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20,	Hîrtie Termica pentru Printer USG UPP-110S, 110MM*20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă Doc. confirm.- anexate la lot	Acceptat spre notificare AMED la data 23.07.2024, ID 761163. DOSAR №8838
33100 000-1	177	Hîrtie pentru sterilizare articolelor	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 100mm x 200m	China		Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică,	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică,	DM000660994

		medicale, rulou 400mm x 200m			Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	
33100 000-1	185	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 75mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660993
33100 000-1	206	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	206	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	207	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	207	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	208	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Indicator strip Steam 121C- 20 min / 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min., universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	208	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	209	Test-indicator sterilizare 132°	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	209	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	210	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr.	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Universale, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de	ISO 11140-1 2014

			104.220.0500			virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	
33100 000-1	210	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	211	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. UNIVERSAL, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	211	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	212	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	212	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	213	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Universal, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	213	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	214	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	214	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	215	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. . Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	215	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	216	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014

33100 000-1	216	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	217	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 5,0 min, Type 4 Art.nr. 104.005.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	217	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	218	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 5,0 min, Type 4 Art.nr. 104.005.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	218	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	221	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern	Indicator strip Steam 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. universale , nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	221	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23