

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1673874151695
Obiectul achiziției:	“Piese și consumabile pentru secția Imagistică (inclusiv montarea)”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
CT TOSHIBA Aquilon PRIME TSX-303A/AC, tub radiologic cu schimbător de căldură pentru scannerul TOSHIBA Aquilon PRIME (conform Anexei nr.1 atașată la documentele procedurii) LOT 3	MCS-7178A + PX71-08168*D	Japonia	Canon Medical Systems	Tub cu raze X Cod Descriere Tub cu raze X împreună cu schimbătorul de căldură pentru scannerul TOSHIBA Aquilon PRIME . Tuburile cu raze X sunt proiectate pentru integrarea completă cu un sistem CT pentru a asigura performanțe de vârf, calitate înaltă a imaginii, eficiență a dozei și durată de viață optimă Specificațiile tubului cu raze X Specificație • Capacitate termică a anodului ≥ 7500 kHu "• Max. răcirea anodului rata: "≥ 1386 kHU/min (16,5 kW "• Răcirea anodului efectiv rata"≥ 1008 kHU/min (12,0 kW) • Evaluări electrice Max. tensiune tub: 140 kV Max. curent tub: 600 mA (120kV) • Filtrarea 1,0 mm Al sau mai mult • Dimensiunea spotului focal standard IEC, "0,9 mm $\times$ 0,8 mm (mic) 1,6 mm $\times$ 1,4 mm (mare)"	Tub cu raze X Cod Descriere Tub cu raze X împreună cu schimbătorul de căldură pentru scannerul TOSHIBA Aquilon PRIME . Tuburile cu raze X sunt proiectate pentru integrarea completă cu un sistem CT pentru a asigura performanțe de vârf, calitate înaltă a imaginii, eficiență a dozei și durată de viață optimă Specificațiile tubului cu raze X Specificație • Capacitate termică a anodului ≥ 7500 kHu "• Max. răcirea anodului rata: "≥ 1386 kHU/min (16,5 kW "• Răcirea anodului efectiv rata"≥ 1008 kHU/min (12,0 kW) • Evaluări electrice Max. tensiune tub: 140 kV Max. curent tub: 600 mA (120kV) • Filtrarea 1,0 mm Al sau mai mult • Dimensiunea spotului focal standard IEC, "0,9 mm $\times$ 0,8 mm (mic) 1,6 mm $\times$ 1,4 mm (mare)"	CE, ISO

			Dispozitive de siguranță "Comutator termic, comutator debit ulei, valvă de eliberare a presiunii" Debit Timpul maxim aproximativ de expunere pentru scanare elicoidală (focalizare mare) – 120 kV/600 mA ±15 s – 120 kV/500 mA ±20 s – 120 kV/400 mA ±40 s – 120 kV/300 mA ±60 s – 120 kV/200 mA ±100 s – 120 kV/180 mA ±100 s Calitate: Certificate: CE; UL; MHW La livrarea Tubului să fie incluse toate licențele standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub. Tubul să fie compatibil cu opțiunile de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK). Data producerii tubului - anul . Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 24 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă. Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa! Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară.	Dispozitive de siguranță "Comutator termic, comutator debit ulei, valvă de eliberare a presiunii" Debit Timpul maxim aproximativ de expunere pentru scanare elicoidală (focalizare mare) – 120 kV/600 mA ±15 s – 120 kV/500 mA ±20 s – 120 kV/400 mA ±40 s – 120 kV/300 mA ±60 s – 120 kV/200 mA ±100 s – 120 kV/180 mA ±100 s Calitate: Certificate: CE; UL; MHW La livrarea Tubului să fie incluse toate licențele standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub. Tubul să fie compatibil cu opțiunile de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK). Data producerii tubului - anul . Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi de 12 luni sau 300 000 slice, oricare condiție survine prima. Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa! Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va	
--	--	--	--	---	--

					lua în calcul și toată manopera necesară.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)