

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul LP:	LP: 21043138 / ocds-b3wdp1-MD-1628853448550	Data: 16.08-18.08.2021	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	Analizator automat cu 20 canale, VSH		Pagina: 1 din 2

<u>Nr. d/o</u>	<u>Cod CPV</u>	<u>Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate</u>	<u>Modelul articolului</u>	<u>Țara de origine</u>	<u>producator</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă</u>	<u>Stand . de referință</u>
1	3310000 0-0	Analizator automat cu 20 canale, VSH	KIMASED AUTO 20	Italia	Kima	Vezi invitatia	Disponibil cu 20 locuri Aria de aplicare: analiza vitezei de sedimentare a sangelui Tubul folosit: tuburi de 13 x 75 mm Canale de citire: 20 (KIMASED AUTO 20); Timplul de analiza: 24 minute; Capacitate analitica: 50 probe Rezultate: in Westergreen mm/30'; mm/1 h; mm/2h (prin interpolare) Corectarea temperaturii: automat la 18 °C Metoda de masurare: infrarosu Rezolutie citire ± 0.2 mm Rezolutie rezultate ± 1 mm Display LCD iluminat Interfata RS232 C pentru imprimanta Conditii de operare temperatura camerei 15 – 32° C Consumabile: eprubeta vacuumata cu citrat de Na 3.8% 2ml (1.6ml+0.4ml) 2000buc; Hirtie termica 10 buc; Termen de garantie 12 uni din data instalarii;	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65, of. 607