

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1583831814433					Data: „31” martie 2020		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Sonde pentru aparate USG IMSP AMT Centru					Lot: 1-6		Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42850000-0	1	Sondă lineară pentru aparatul USG Sonoscape S20, Software version: 2 2.0.8.4	L752	China	Wuxi Mypro SaT	Tip: lineară; Modelul: L752 (sau echivalentă); Frecvența: 4,5-15 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	Tip: lineară; Modelul: L752 (sau echivalentă); Frecvența: 4,5-15 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	CE, ISO
42850000-0	2	Sondă lineară pentru aparatul USG Sonoscape S20, Software version: 2 2.0.8.4	C362	China	Wuxi Mypro SaT	Tip: convexă; Modelul: C362 (sau echivalentă); Frecvența: 2,0-7,0 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	Tip: convexă; Modelul: C362 (sau echivalentă); Frecvența: 2,0-7,0 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	CE, ISO
42850000-0	3	Sondă endovaginală pentru aparatul USG Sonoscape S20, Software version: 2 2.0.8.4	6V3	China	Wuxi Mypro SaT	Tip: microconvex; Modelul: 6V3 (sau echivalentă); Frecvența: 5.0-9.0 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	Tip: microconvex; Modelul: 6V3 (sau echivalentă); Frecvența: 5.0-9.0 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	CE, ISO
42850000-0	4	Sondă convexă pentru aparatul USG GE Logiq P6, Software version: R3.0.3	4C	China	Wuxi Mypro SaT	Tip: convexă; Modelul: 4C (sau echivalentă); Frecvența: 1,6-4,6 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	Tip: convexă; Modelul: 4C (sau echivalentă); Frecvența: 1,6-4,6 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	CE, ISO
42850000-0	5	Sondă micro-convexă pentru aparatul USG GE Logiq P6, Software version: R3.0.3	E8Cs	China	Wuxi Mypro SaT	Tip: endovaginală; Modelul: E8CS (sau echivalentă); Frecvența: 4-10 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	Tip: endovaginală; Modelul: E8CS (sau echivalentă); Frecvența: 4-10 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	CE, ISO
42850000-0	6	Sondă lineară pentru aparatul USG GE Logiq P6, Software version: R3.0.3	11 L	China	Wuxi Mypro SaT	Tip: lineară; Modelul: 11L (sau echivalentă); Frecvența: 3,4-10,8 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	Tip: lineară; Modelul: 11L (sau echivalentă); Frecvența: 3,4-10,8 MHz; Termen de garanție: minim 12 luni;	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

