

Numărul procedurii de achiziție:

21020907 din 05 aprilie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice

Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
173	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri. (e de dorit să fie din material nitinol)	334028R	Intra	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri. (e de dorit să fie din material nitinol)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri. (e de dorit să fie din material nitinol) Codul Produsului: 334028R Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL

În calitate de: director

Adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Madan, 87/7

