

Specificații tehnice

Anexa nr. 22  
la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

|                                 |  |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție | <b>ocds-b3wdp1-MD-1666707483358</b>          | Data: 27 noiembrie 2022 |
| Obiectul achiziției:            | <b>Consumabile medicale pentru anul 2023</b> | Lot: 7,8,9              |

| Cod CPV                                    | Nr. lot | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului                                | Țara de origine | Producătorul             | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|--|---------|---|--|-----------------|--------------------------|--|---|------------------------|
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5               | 6                        | 7  | 8   | 9                      |
| <b>Lot 7: Glucometru, lancete și teste</b> |         |   |  |                 |                          |  |   |                        |
| 33100000-1                                 | 7.1.    | Lot 7.1: Lancete si Glucometru cu titlu gratuit   | EASYMAX® Tag Blood Glucose Meter                                       | Taiwan          | EPS Bio Technology Corp. | Glucometru (20 buc): Cu titlu gratuit<br>Compoența setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sânge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g. Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)<br>Lancete (100.000 buc) : Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit | Glucometru (20 buc): Cu titlu gratuit<br>Compoența setului: a. Descrierea glucometrului: Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului sunt compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba sânge capilar, Volumul probei = <b>de 0,6 μl</b> ; f. Diapazonul de măsurare: <b>1,1 mmol/L – 35 mmol/L</b> ; g. Indicator al bateriei Indicator vizual și sonor la descărcarea bateriei ; h. Timpul de măsurare - <b>5 s</b> ; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie <b>CR2032 Battery * 1 ct.</b> ; 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)<br>Lancete (100.000 buc) : Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit<br><b>Pagina 49 fin fisa tehnica</b> | CE, ISO                |
| 33100000-1                                 | 7.2.    | Lot 7.2: Teste pentru glucometru  | Blood Glucose Test Strip   | Taiwan          | EPS Bio Technology Corp. | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit.  | Teste pentru măsurarea glicemiei - Compatibil cu glucometrul EASYMAX® Tag Blood Glucose Meter<br>Termen de valabilitate Minim 12 luni de la livrare<br><b>Pagina 13 din fisa tehnica</b>  | CE, ISO                |
| 33100000-1                                 | 8       | Lot 8: Hârtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000             | Hârtie pentru ECG MAC 2000, 210 mm × 295 mm, 150 foi, tip pliant Z     | Spania          | AB Medica Group S.A.     | Hârtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000   | Hârtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000. <b>GENERAL ELECTRIC MAC 2000 / MAC VU360 29.210.22. Pagina din catalog 7</b>  | CE, ISO                |
| 33100000-1                                 | 9       | Lot 9: Hârtie termo-chimică, compatibil cu aparat ECG, CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Hârtie pentru ECG NIHON KOHDEN, 210 mm x 140 mm, 215 foi, tip pliant Z | Spania          | AB Medica Group S.A.     | Gradată, carte, 210 mm x 140mm , compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului.  | Gradată, carte, 210 mm x 140mm , compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului.<br><b>CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K 29.210.0. Pagina din catalog 11,12</b>   | CE, ISO                |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

**Semnat:** \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gușan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**