

Certificat de Calitate Nr.1765 din 23.12.2025
pina la 31.12.2025 GOST 10157-79
Gaseous and liquid argon.

Beneficiar **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
Numarul de butelii : **4**

Denumirea parametrului	Norma	
	Alitate superioara	Fact
1 Volum argon %,nu mai putin	99,993	99,996
2 Volum de oxigen %, nu mai putin	0,0007	0,0007
3 Volum de azot, %, nu mai putin	0,005	0,005
4Fracția de volum a vaporilor de apă, % nu mai mult de care corespunde temperaturii de saturație argon cu vapori de apă la presiune 101,3 kPa (760 mm Hg), °C, nu mai mare	-61	-63
5 Fracția de volum din cantitatea de carbon pe care o conține Compuși în termeni de CO2,%, nu mai mult	0,0005	0,0005

Gazul argon îndeplinește cel mai înalt grad

Inginer principal

Bulban Victor.

