

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1640332200009 / 21049267 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Consumabile, piese de schimb și accesorii necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale pentru anul 2022

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						CE, ISO
15	Placă de ceramică (Ventilteller M23225)	23225	China	Himed	Ventilteller M23225 compatibil cu sistemul de ventilare a ap-t de anestezie Drager "Fabius Plus XL"	Ventilteller M23225 compatibil cu sistemul de ventilare a ap-t de anestezie Drager "Fabius Plus XL"	CE, ISO
18	Sensor O2, Drager Fabius Plus XL	6850645	China	Himed	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51