

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP 21302622 nr. ocds-b3wdp1-MD-1729778461051 din 24,10,2024 CAPCS					Data: „13” noiembrie 2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Laser oftalmologic) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni						Pagina: 1 din 4
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310-0000-1	1	Laser oftalmologic	Laser oftalmologic	Vitra 2	Franta	Quantel Medical	Lungime de undă: 532 ± 2 nm • Putere de ieșire: o 50 până la 1.700 mW (cu excepția livrării scanării) o 50 până la 1.500 mW (livrare scanare) • Tip de ieșire: Undă continuă, Puls 0,01 până la 0,2 s, variabilă • Timpul de emisie / durata impulsului: 0,01 până la 3,00 s sau ≤ 10 ms • Interval de timp: 0,05 până la 1,00 s • Fascicul de țintire: Diodă laser, 650 ± 20 nm; Diodă roșie • Alimentare: Între 100 și 240 V c.a., 50/60 Hz • Consumul de energie: 250 VA • Accesorii: Întrerupător de picior de putere, unitate dublă, cutie de expansiune, unitate de atașare a plăcii superioare CB, Ochelari de protecție. Specificații unitate de scanare / livrare unică • Dimensiunea spotului (mărire fascicol):	Lungime de undă: 532 ± 2 nm • Putere de ieșire: o 50 până la 1.700 mW (cu excepția livrării scanării) o 50 până la 1.500 mW (livrare scanare) • Tip de ieșire: Undă continuă, Puls 0,01 până la 0,2 s, variabilă • Timpul de emisie / durata impulsului: 0,01 până la 3,00 s sau ≤ 10 ms • Interval de timp: 0,05 până la 1,00 s • Fascicul de țintire: Diodă laser, 650 ± 20 nm; Diodă roșie • Alimentare: Între 100 și 240 V c.a., 50/60 Hz • Consumul de energie: 250 VA • Accesorii: Întrerupător de picior de putere, unitate dublă, cutie de expansiune, unitate de atașare a plăcii superioare CB, Ochelari de protecție. Specificații unitate de scanare / livrare unică • Dimensiunea spotului (mărire fascicol):	DM000642700

							o 100 până la 450± 50 μm (modul de scanare, modul de manipulare automată) o ≥ 50 μm (modul unic) • Modelul de emisie: Singur, repetare sau pattern (Pătrat, Arc triplu, Curbă triplă, Grilă arcade, Triunghi, Cerc, Arc, Linie etc.) • Tip: - o Unitate de livrare a lămpii cu fantă de scanare - o Unitate de livrare atașabilă la scanare • Filtru de protecție: Alimentat electric / incorporat Specificații Microscop • Tip microscop: Binocular convergent galilean, mărire pe cinci nivele (tambur rotativ) • Distanța focală a obiectivului: 125 mm • Oculare: 12,5x • Mărirea totală / diametrul câmpului vizual real: - o 5x / 40,7 mm - o 8x / 25,7 mm - o 12,5x / 16,1 mm - o 20x / 10,1 mm - o 32x / 6,4 mm • Interval de reglare interpupilară: 50 până la 78 mm • Unghiul stereoscopic: 6° • Interval de reglare a dioptriei: ±8 D • Filtru: Galben • Carcasa lămpii: 1x • Mărirea proiecției: 0 până la 12 ± 2 mm (variabil continuu)	o 100 până la 450± 50 μm (modul de scanare, modul de manipulare automată) o ≥ 50 μm (modul unic) • Modelul de emisie: Singur, repetare sau pattern (Pătrat, Arc triplu, Curbă triplă, Grilă arcade, Triunghi, Cerc, Arc, Linie etc.) • Tip: - o Unitate de livrare a lămpii cu fantă de scanare - o Unitate de livrare atașabilă la scanare • Filtru de protecție: Alimentat electric / incorporat Specificații Microscop • Tip microscop: Binocular convergent galilean, mărire pe cinci nivele (tambur rotativ) • Distanța focală a obiectivului: 125 mm • Oculare: 12,5x • Mărirea totală / diametrul câmpului vizual real: - o 5x / 40,7 mm - o 8x / 25,7 mm - o 12,5x / 16,1 mm - o 20x / 10,1 mm - o 32x / 6,4 mm • Interval de reglare interpupilară: 50 până la 78 mm • Unghiul stereoscopic: 6° • Interval de reglare a dioptriei: ±8 D • Filtru: Galben • Carcasa lămpii: 1x • Mărirea proiecției: 0 până la 12 ± 2 mm (variabil continuu)
--	--	--	--	--	--	--	---	---

