



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN  
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1542 din " 18 " 04 2019

**Tehoptimed SA**

tehoptimed@inbox.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdpl-MD-1551710320343 din 28.03.2019 "*Achiziționarea instrumentelor chirurgicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019*", Vă comunică că conform **deciziei din 18.04.2019** oferta D-voastră nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, pentru loturile după cum urmează:

|     |                                                  |                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Foarfece ascuțite, vertical încovoiate 160mm     | Nu se acceptă: Solicitat 16cm, oferit 14,5cm.                              |
| 13  | Pensetă chirurgicală 20cm, 200x2,5mm             | Nu corespunde mostra prezentată: Solicitat varf 2,5mm oferit 4mm           |
| 14  | Pensă chirurgicală 12cm, 120x2,5mm               | Nu corespunde mostra prezentată: Solicitat varf 2,5mm oferit 4mm,          |
| 17  | Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat       | Nu corespunde, varful instrumentului brutal                                |
| 26  | Portac Mayo Hegar 200mm                          | Nu corespunde: la mostra prezentată virful 1,5-2mm nu tine foaia           |
| 167 | Conhotom auricular Nr.2                          | nu corespunde solicitat nr.2 ce revine diametrului de 2mm, s-a oferit 9mm. |
| 187 | Cîrlig auricular după Wagener cu capătul butonat | Nu corespunde. S-a solicitat 15,5cm, s-a oferit 14cm                       |

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "*privind achizițiile publice*" oferta Dvs. pentru loturile menționate nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

*Cu respect,*

**Director**

**Centrul pentru Achiziții Publice  
Centralizate în Sănătate**

**Ivan Antoci**