

Specificații tehnice (F4.1)
 Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii Penitenciarul nr.16-Pruncul
 Licitație deschisă: 21038284
 Servicii de deservire și mentenanță a echipamentului radiologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50421200-4	LOT 1 Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4 Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia Sistemul de arhivare ClarityPACS, iCRco, SUA	SonialVision G4	Japonia	Shimadzu	Activitati la solicitare • Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;• Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului;• Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat;• Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; • Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice;b. Activitati de mentenanța (interventii generala preventiva si obligatorie: • interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service;o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentuluio Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitateo Verificarea unitatii de vizualizareo Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitateo Verificarea unitatii de procesare imagine o Verificare REF PCo Verificare APCo Verificare MPCo Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate o Verificarea accesoriilor echipamentuluio Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate o Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de serviceo Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxiao Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie o Analiza fisierelor de erori inregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). o Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului)o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante• Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori;c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) • Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare) • Ficare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;• Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei);• In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunta Beneficiarul despre toate noutiile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte)• Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). • Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;	Activitati de mentenanța (interventie generala preventiva si obligatorie: interventii anuale (3 Revizii tehnice) in cadrul carora se vor efectua:Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului; Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate;Verificarea unitatii de vizualizare;Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate Verificarea unitatii de procesare imagine;Verificare REF PC;Verificare APC; Verificare MPC; Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate;Verificarea accesoriilor echipamentului; Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate o Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service; Profilaxia sistemului (lubrifierea, suflarea cu jet de aer, etc.) Verificarea modulelor electrice; Verificarea integritatii cablurilor, ajustare la necesitate; Verificarea partilor mecanice, ajustare/calibrare la necesitate; Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie;Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie, Analiza fisierelor de erori inregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului)o Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului)o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante; Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare); Ficare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunta Beneficiarul despre toate noutiile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;	CE
		DryPix 2000	Japonia	Fujifilm			
		ClarityPACS	SUA	iCRco			

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: „Neotec”SRL
 Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37

