

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 19.03.2021	
Numărul licitației: 21037022							Alternativa nr.	
Denumirea licitației:achiziționarea articolelor farmaceutice Conform necesitatilor IMSP AMT Buiucani							Lot: conform listei solicitate	
Pagina 1 din 1								
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33600000-6		Lotul 15						
		Seturi alcooltest: Dräger Alcotest A6820 + Dräger Mobile Printer + 1 × Printer paper + 3 × Mouthpiece + Transport case + Certificat de calibrare + Certificat metrologic de la INM pt 12 luni	Seturi alcooltest: 8322660 + 8319310 + 8319002 + 6810830 + 83 17 920	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Cu ecran digital, pentru determinarea vaporilor etilici în aerul expirat.	Aparat electronic, cu accesorii, portabil, pentru testare rapidă a cantității vaporilor de alcool în aerul expirat, cu posibilitate de eliberare a unui document înscris cu rezultatul testării. Dispozitivul de măsurat (alcotesterul) este o unitate de lucru manuală, independentă (fără conexiuni prin cablu cu alte dispozitive), cu alimentare autonomă, iar funcția de tipărire a rezultatelor este îndeplinită de o imprimantă mobilă cu alimentare autonomă. Comunicarea între alcotester și imprimanta mobilă se face prin interfață optică, fără cabluri. Pentru transportarea și depozitarea alcotesterului servește o lădiță-geantă, dură, cu mâner. . În fiecare set sunt incluse 1 rulouri de hârtie termică, 3 muștiucuri de unică folosință în ambalaj igienic și baterie alcalină (6 bucată), Termen de garanție-1 an. Deservire tehnică periodică și postgaranție la sediul reprezentantului oficial în m.Chișinău (personal instruit de producător – certificat anexat) – 10 ani. Alcotesterul este aprobat metrologic (certificat de aprobare valabil până în 2021 este anexat) Caracteristici alcotester: - Principiu de măsurare: senzor electrochimic. - Durata de viață a senzorului: minim 5000 de teste sau 3 ani. - Păstrarea preciziei de măsurare între două calibrări consecutive: certificat de calibrare pentru 6 luni. - Tip de teste efectuate: o Automat, după suflarea a 1,2 L de aer, o La comanda operatorului (test pasiv, nu necesita suflarea aerului). - Pentru suflarea aerului sunt folosite muștiucuri de unică folosință din polistiren alimentar, ambalate individual antiseptic. - Domeniul de măsurare: concentrația de alcool din aerul expirat (considerat la 34 °C și 1013 hPa.) de la 0,00 până la 2,50 mg/L, cu posibilitatea setării a trei valori de prag (rezultat în limite permise, alerta și depășire valoare maximă), depășirea cărora vor fi indicate pe ecran și prin semnale sonore și lumini de LED multicolor. - Precizia de măsurare: abatere standard a repetabilității (testat cu standard de etanol) o ≤ 0,008 mg/L pentru concentrații a vaporilor de alcool de până la 0,50 mg/L; o ≤ 1,7 % din valoarea măsurată pentru concentrații a vaporilor de alcool de	Marcaj CE, ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, EN15964

peste 0,50 mg/L
- Dritul lunar al sensibilității: tipic 0,4 % din valoarea măsurată/lună
- Afișarea rezultatelor: ecran alfanumeric cu cristale lichide cu iluminare proprie, cu posibilitate de indicare a rezultatelor testării și a informației suplimentare de tipul nivelului de încărcare a bateriilor, erorilor, datei, orei, informației despre numărul de serie al aparatului, informației despre calibrări etc.
- Domeniul de afişare: de la 0,00 până la 2,50 mg/, cu trepte de 0,01 mg/L, indicație a unităţii de măsură (mg/L), cu indicarea eventualei depășiri a domeniului de măsurare,
- Indicații suplimentare : LED cu trei culori (verde, oranj, roșu) și semnalări sonore pentru indicarea pornirii și ieşirii în regim de lucru, a erorilor de lucru sau de testare, a depășirii valorilor de prag a rezultatelor testării etc.

- Colectarea de probe și începerea testării: la îndeplinirea condițiilor o Volum de expirare : presetat 1,2 L (cu valori admise pentru setare ±50% de la valoarea presetată),
o Debit de expirare : presetat > 10 L/min (cu valori admise pentru setare ±50% de la valoarea presetată),
o Durata respiraţiei: presetat 2 s (cu valori admise pentru setare ±100% de la valoarea presetată).
- Condiții de mediu:
o la funcționare: temperatura de la –5 până la +50 °C; umiditate de la 10 până la 100 % (fără condensare), presiune atmosferică de la 600 până la 1400 hPa;
o la depozitare: similar condițiilor de funcționare, cu temperatura de la —40 până la +70 °C.
- Timp de aşteptare de la pornirea aparatului până la prima măsurare: < 30 s.
- Timp de efectuare a unei măsurări și ieşirea în regim de aşteptare pentru următoarea măsurare:
- o Măsurarea: aprox. 2 s,
- o După o măsurare anterioară cu:
0,25 mg/L - 20 s,
0,50 mg/L - 40 s,
1,00 mg/L - 80 s,
> 1,5 mg/L - 120 s.
- Ceas intern: prezent, cu abateri de maxim ±3 minute pentru alimentare neîntreruptă de la bateri între două calibrări sau deserviri tehnice, setările de dată/oră se mențin la scoaterea bateriilor pentru 5 minute sau mai mult (pt aparat nou).
- Memorie internă: ultimele 2000 de teste, datele testelor conțin rezultatul măsurătorilor, tipul de test (cu suflare sau pasiv), identificatorul aparatului (numărul de serie), data/ora efectuării măsurătorii, identificatorul unic al măsurătoriei (numărul de ordine al măsurătoriei); la depățirea a 200 deteste datele noi sunt rescrise ciclic peste datele învechite; datele din memoria aparatului pot fi extrase pe un PC la achiziționarea softului și cablului special (softul și cablul nu sunt incluse în set).
- Curelușă de mână pentru evitarea scăpării accidentale.
- Formă/Dimensiuni: formă comodă pentru ținerea și operare cu o singură mână, dimensiuni 65 x 147 x 39 mm.
- Număr de butoaie/tastatură: 3, plasate ergonomic, pentru operare cu o singură mână in care și este ținut aparatul.
- Greutate maximă (fără baterii) : 260 g.
- Alimentarea electrică: 2 baterii tip Mignon, LR6, AA (pot fi înlocuite cu acumulatori de aceeași formă), un set de baterii asigură efectuarea a minim 500 de măsurători pe durata a minim 6 luni.

						- Carcasă din plastic dur, rezistent la șocuri. - Rezistența la umiditate: IP 54. - Compatibilitate electromagnetică : directiva UE (2014/30/UE). - Certificări/aprobări: certificat de aprobare de model conform NML 126:2009 valabil până în 2021 (anexat), certificat de calibrare nu mai vechi de 1 lună și certificat metrologic pt următoarele 12 luni (la momentul livrării mărfii). - Afișajele pe ecran și manualele de utilizare în limba de stat. Imprimanta mobilă și hârtia termică (pt hârtie termică) : - Produce chitanțe cu rezultatele testărilor conform PML 5-05:2018 direct la fața locului, - Dotată cu magneți pentru fixare pe suprafețe netede metalice orizontale. - Datele pentru imprimare sunt primite de la alcotester prin interfață optică (wireless). - Indicator luminos (LED multicolor) și semnale sonore pentru indicarea încărcării/descărcării bateriilor sau a finisării hârtiei în rezervor. - Rezultatele măsurătorilor imprimate pe chitanțe conțin date cu privire la modelul și numărul de serie al alcotesterului folosit, data și ora efectuării testului, identificatorul unic (numărul de ordine) al testului, rezultatul măsurătorii, precum și are câmpuri pentru scrierea cu mâna a datelor despre persoana testată (nume, data nașterii, IDNP sau alte date similare), a locației, a operatorului aparatului de măsurat. - Hârtie termică cu garanția de păstrare lizibilă a informației pentru 7 ani. - Condiții de mediu: o la funcționare: temperatura de la –5 până la +50 °C; umiditate de la 10 până la 100 % (fără condensare), presiune atmosferică de la 600 până la 1050 hPa; o la depozitare: similar condițiilor de funcționare, cu temperatura de la –20 până la +50 °C pentru depozitare îndelungată. - Dimensiuni : 110 x 60 x 205 mm. - Greutatea (fără baterii): 400 g. - Alimentarea electrică: 4 baterii tip Mignon, LR6, AA (pot fi înlocuite cu acumulatori similari) în socluri ușor accesibile pentru înlocuire rapidă. - Compatibilitatea electromagnetică: Corespunde cerințelor directivei 2014/30/UE.		
		Total lot 15						
600000-6		Lotul 21						
		Pensă anatomică	RU 4022-15	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Pensă anatomică 18-20 cm din oțel inox	MODELL SUA mediu, drept 15 cm - 6 "	CE
		Pensă oftalmică	RU 4292-12	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Pensă oftalmică din oțel inox	Forceps Splinter Drept 0,6 mm	CE

3:		Pensă chirurgicală	RU 4100-15	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Pensă chirurgicală 18-20 cm din inox	Forceps pentru țesuturi Model standard Drept 1: 2 dinți 15,5 cm - 6 "	CE
		Total lot 21						
33600000-6		Lotul 23						
		Cuve medicale	RU 8970-02	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Cuve medicale din oțel inox	Cuve medicale din oțel inox în forma bob 0,50 l 250 x 32 mm	CE
		Total lot 23						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23