

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684504679929 din 29 mai 2023, 13:00 - 20 iun 2023, 13:00

Obiectul achiziției: Achiziția dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, pentru anul 2023

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 0-1	2	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	34329 + 34474	Italia	Gima	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip: McIntosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da mărimea 5 da autoclavabile la 134°C, 5min. da ≥ 2000 cicluri de sterilizare da Maner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă cu lamele da bec cu instalarea în mîner da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da Acumulator acumulator reincărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore da Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile de la priza de perete 220V, 50Hz da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelor solicitate da	34329+34474, Gima da da da da Da Da Da Da da da da da da da, 31541 da da da da, 31542 da	CE/ISO
331 000 0-1	3	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza)	CARDIOMAX BASIC (ECG + AED + DEF + SDP) + PM	Brazilia	Instramed	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) Cod 130420 Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei adult 50-360 bifazic;	CARDIOMAX BASIC (ECG + AED + DEF + SDP) + PM + PRINTER, Instramed da da, 1-360J bifazic	CE/ISO

[illegible]

						sistem de fixare a dispozitivului de suport da	da da	
331 000 0-1	6	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390	Pioneer 4.1, Trend	Turcia	Meissa	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spatează ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pioneer 4.1, Trend, Meissa da da, da da da da Da da da, 230 kg da, 40-82cm da da da da da da	CE/ISO
331 000 0-1	11	Vaporizator Sevofluran aeomed VP300	VP300	China	Aeonmed	Descriere Vaporizator Sevofluran pentru mașină de anestezie Vaporizator tip vaporizator acceptate Sevofluran da Capacitate - 250 ml Volum fitil uscat - 40 ml Interval debit: 0,2L/min ~ 15L/min (0,2L/min ~ 10L/min în timp ce concentrația > 5%) Concentrație: Interval de reglare: 0~5.0L/min (Sevofluran 0~8.0%) Concentrație minimă: 0,2%, 0,5% pas în timpul 0,5% ~ 5,0% L/min (0,5% pas în timpul 0,5% ~ 8,0% pentru Sevofluran) Tip de umplere: Standard: Se toarnă umplutură Dimensiuni: 230x120x210mm Greutate: 7,5 kg	VP300, Aeonmed, China da da da Da Da Da Da Da Da Da Da	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**