

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21353920/ ocde-b3wdp1-MD-1737710719811 din 14.02.2025

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2025

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant
	1	2	3	4	5	6
1	Mentenanță preventivă și corectivă la Computer Tomograf	Revolution Evo	Japonia	GE HealthCare	Computer Tomograf, model Revolution Evo, GE HealthCare; *certificat de instruire producător; o dată la 3 luni sau la solicitare	Computer Tomograf, model Revolution Evo, GE HealthCare; *certificat de instruire producător; o dată la 3 luni sau la solicitare. Piese de schimb nu sunt acoperite. În caz de defectiune, în cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb normale și speciale ale sistemelor nu sunt incluse în costul mentenanței preventive. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. *Nu sunt incluse în pachetul de mentenanță preventivă următoarele: ☐ Calculatoare client post-procesare conectate la AW Server; ☐ Roboți pentru inscripționat CD-uri sau alte dispozitive conexe neafiliate sistemului;
2	Mentenanța preventivă și corectivă la Analizator biochimic Selectra PRO XS	Selectra PRO XS	Olanda	Vital	Analizator biochimic Selectra Pro XS *certificat de instruire producător; o dată la 3 luni sau la solicitare	Analizator biochimic Selectra Pro XS *certificat de instruire producător; o dată la 3 luni sau la solicitare
3	Mentenanța preventivă și corectivă la Analizator Hematologic PCE 210	PCE -210	Japonia	Erma	Analizator Hematologic PCE 210; *certificat de instruire producător; o dată la 3 luni sau la solicitare	Analizator Hematologic PCE 210; *certificat de instruire producător; o dată la 3 luni sau la solicitare

5	Mentenanța preventivă și corectivă la Analizator p-u determinarea VSH – 16 eprubete	VSH-16	Italia	Kima	Analizator p-u determinarea VSH – 16 eprubete Analizator p-u determinarea VSH – 16 eprubete; *certificat de instruire producator; la solicitare	Analizator p-u determinarea VSH – 16 eprubete Analizator p-u determinarea VSH – 16 eprubete; *certificat de instruire producator; la solicitare
15	Mentenanță preventivă și corectivă la Stație de anestezie	Stație de anestezie Aisys CS2	SUA	GE HealthCare	Stație de anestezie Aisys CS2 *certificat de instruire de la producator o data la 3 luni sau la solicitare	Serviciile de mentenanța preventivă include 4 intervenții trimestriale obligatorii. În caz de solicitare, inginerul urmează să intervină în decurs de 5 zile în caz de defecțiune, în cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb pentru mentenanța preventivă nu sunt incluse în costul mentenanței preventive. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. Piese de schimb pentru mentenanța corectivă nu sunt incluse în costul mentenanței corective. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.
16	Mentenanță preventivă și corectivă la Stație de anestezie	Stație de anestezie AVANCE CS2	SUA	GE HealthCare	Stație de anestezie AVANCE CS2 *certificat de instruire de la producator o data la 3 luni sau la solicitare	Serviciile de mentenanța preventivă include 4 intervenții trimestriale obligatorii. În caz de solicitare, inginerul urmează să intervină în decurs de 5 zile în caz de defecțiune, în cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb pentru mentenanța preventivă nu sunt incluse în costul mentenanței preventive. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. Piese de schimb pentru mentenanța corectivă nu sunt incluse în costul mentenanței corective. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.
19	Mentenanță preventivă și corectivă la ultrasonograf	Aparat de ultrasonografie digital „Logiq E9” GE	SUA	GE HealthCare	Aparat de ultrasonografie digital „Logiq E9” GE, *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare	Mentenanța corectivă și preventivă la Aparat de ultrasonografie digital „Logiq E9”, *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare

31	Mentenanță preventivă și corectivă la sterilizator	Sterilizator GP-80	Rusia	Kassimov	Sterilizator GP-80 *certificat de instruire producator; la solicitare	Mentenanata corectiva si preventiva la sterilizator GP-80, *certificat de instruire producator; la solicitare
41	Mentenanță preventivă și corectivă la masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10	masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10	Germani	Melag	Mentenanță preventivă și corectivă la masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10, la solicitare	Mentenanata corectiva si preventiva la la masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10, *certificat de instruire producator; la solicitare

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Inga Besirik În calitate de: administrator

Ofertantul: “**Intermed-Service**” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2