

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1652193203625 din 09.06.2022									
Obiectul de achiziție: "Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat) "									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-3	4	Cutii Petri	Cutii Petri	318246	Italia	Syntesys	Polipropilen de densitate înaltă, transparent, de unic uz, sterile. Dimensiuni 90 x 16 mm. Ambalaj – maximum 20 buc.	Polisteren, de densitate înaltă, transparent, de unic uz, sterile. Dimensiuni 90 x 16 mm. Ambalaj – 22 buc.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
3310000-3	5	Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis*	Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis*	SL001	India	HIMEDIA LABORATORIE S PVT. LTD.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată electronic)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil – semnat electronic *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil – semnat electronic. Documente confirmative:	Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150 mm, diametrul extern al tubului 16 mm, diametrul intern al gâtului tubului 10 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE; Declarație de conformitate CE: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485. Este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale conform Ordinului - A07.PS-01.Rg04-29 din 30.01.2018, Nr. DM000044250 . Specificația Tehnică a produsului se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9