

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: **"29" Decembrie 2020**

Procedura de achiziție Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1608561982837 (21032668)**

Anunț de participare la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)** privind achiziționarea **Concentratoare de oxygen**.

Către: **IMSP Spitalul Raional Briceni**

"M-INTER-FARMA" S.A. declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările: Anunț de participare din 22.12.2020 și specificația tehnică din 22.12.2020.

b) **"M-INTER-FARMA" S.A.** se angajează să:
furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: **Lotul 1 - Concentratoare de oxygen**.

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

169 000 lei, 00 bani (O sută șazeci și nouă mii lei, 00 bani).

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

202 800 lei, 00 bani (Două sute două mii opt sute lei, 00 bani).

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

În cazul acceptării prezentei oferte, **"M-INTER-FARMA" S.A.** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Lungu Ion

În calitate de: Bioinginer

Ofertantul: **"M-INTER-FARMA" S.A.**

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 21

Data: **"28" Decembrie 2020**



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1608561982837 (21032668 / conform SIA RSAP / M-Tender din 29.12.2020									
Denumirea procedurii de achiziție: Concentratoare de oxygen									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
24100000-5	Concentratoare de oxygen, 10 L	10	buc.	16 900,00	20 280,00	169 000,00	202 800,00	45 zile, din momentul solicitării	
	TOTAL								

Semnat:


Nume: Lungu Ion

În calitate de: Bioinginer

Ofertantul: "M-INTER-FARMIA" S.A.

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 21

Data: "28" Decembrie 2020



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1608561982837 (21032668) / conform SIA RSAP / M-Tender din 29.12.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Concentratore de oxygen

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
				Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametri / Specificatie Tip portabil pe 4 roți Concentrația O2 în fluxul produs $\geq 90\%$ Reglarea concentrației de O2, da Reglarea fluxului de O2, 10 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs ≤ 55 dB	Da, Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametri Specificatie Da, Tip portabil pe 4 roți Da, Concentrația O2 în fluxul produs 93 % Da, Reglarea concentrației de O2 da Da, Reglarea fluxului de O2 în limitele min. 0 - 10 L/min Da, Indicatorul fluxului grafic/numeric/analogic Da, Nivelul zgomotului produs 52 dB	ISO / CE
Concentratore de oxygen, 10 L	KSOC-5(10l)	China	Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technica l Co.,Ltd	Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD Prezența filtrelor de particole aeriene: praf, bacteriene, HEPA, etc Ieșiri pentru tubul de O2, minim 1 Alarmer vizuale dacă concentrația O2 $\leq 82\%$, da Alarmer sonore dacă fluxul este redus, da Devierire la concentrația de O2 $\pm 3\%$ Borcan de umidificare a O2 1 buc. Masca facială reutilizabilă, pacient adult 2 buc. Tubul și canula nazală 2 set. Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. Alimentare 220 V 50 Hz	Da, Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD Da, Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc Da, Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Da, Alarmer vizuale dacă concentrația O2 $\leq 82\%$ da Da, Alarmer sonore dacă fluxul este redus da Da, Devierire la concentrația de O2 $\pm 3\%$ Da, Borcan de umidificare a O2, 1 buc. Da, Masca facială reutilizabilă, pacient adult 2 buc. Da, Tubul și canula nazală 2 set. Da, Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. Da, Alimentare 220 V 50 Hz	
Total oferta						

Semnăt:

Nume: Lungu Ion

În calitate de: Bioinginer

Ofertantul: "M-INTER-FARMA" S.A.

Adresa: mun. Chișinău, str. Grigore 21

Data: "28" Decembrie 2020

