

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1775634249468">ocds-b3wdp1-MD-1775634249468</a>
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de mentenanța a aparatelor de radiografie.

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1</b>						
Complex radiodiagnostic SHIMADZU MobileArt Evolution (imprimanta Codonix)	MobileArt Evolution MX7	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	CE
Complex radiodiagnostic digital Sonia Vision-G4, Shmimadzu(imprimanta DRY PixLite)	Sonialvision G4	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei	CE

				<p>mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.</p>	<p>de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.</p>	
<p>Complex radiodiagnostic SHIMADZU RADSPEED Fit+FPD (imprimanta CodonicsPACS)</p>	<p>RADSPEED Fit</p>	<p>Japonia</p>	<p>Shimadzu</p>	<p>Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și</p>	<p>Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și</p>	<p>CE</p>

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În  
calitate de: Director  
Ofertantul: SC „Neotec” SRL  
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău