

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1649244228947

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Denumirea licitației: Echipament medical pentru activitate științifică

Data: 12.04.2022

Lot:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	6	Centrifuga + Eprubete (MEA)	BKC-TL4IV + OOPW-AT10	China + Danemarca	Biobase + Oosafe	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă Descriere: Centrifugele de laborator, cu viteză redusă. Rotor cu tuburi de suport pentru eprubete. Dotată cu eprubete andrologice pentru prelivarea și transportul țesutului testicular testate MEA (Mouse Embryo Assay) - 500 buc. ParametruSpecificația Viteza de rotațieminimală, rpm de la 1000; maximală, rpm pină la 4500 Setărisetarea vitezei Capacitatea tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timergama de timp 1 - ≥ 60 min; incrementarea ≤1 min Blocarea capacului în timpul lucrului - Da Indicadori vizual și acustic - Da Display Digital - Da Nivelul de zgomot≤70 dB - Da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare - Da Unitatea de alimentare - 220 V, 50 Hz Termen de garanție – minim 24 luni	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă Descriere: Centrifugele de laborator, cu viteză redusă. Rotor cu tuburi de suport pentru eprubete. Dotată cu eprubete andrologice pentru prelivarea și transportul țesutului testicular testate MEA (Mouse Embryo Assay) - 500 buc. ParametruSpecificația Viteza de rotațieminimală, rpm de la 1000; maximală, rpm pină la 4500 Setărisetarea vitezei Capacitatea tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timergama de timp 1 - ≥ 60 min; incrementarea ≤1 min Blocarea capacului în timpul lucrului - Da Indicadori vizual și acustic - Da Display Digital - Da Nivelul de zgomot≤70 dB - Da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare - Da Unitatea de alimentare - 220 V, 50 Hz Termen de garanție – minim 24 luni	CE, ISO
33100000-1	7.1	Microscop medical biologic profesional	BMB-300M	China	Biobase	Microscop binocular cu camera incorporata, cu ecran digital LCD, minim 8", cu suport WiFi și HDMI cu accesorii pentru lumina polarizanta. Microscopoele cu lumină sint folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă, cu iluminare cu lampă LED, dotat cu camera digitală, rezoluție minim 2048 x 1036, cu posibilitate de conectare la calculator (software inclus obligatoriu). Tub binocular cu unghi de înclinare 30°, cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 48-75 mm. Măsuța mecanică pentru operare cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y ParametruSpecificația Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Infinit Achromat, fabrica din sticlă 4x, 10x, 40x, 100x Unitatea de alimentare220 V, 50 Hz Termen de garanție – minim 24 luni	Microscop binocular cu camera incorporata, cu ecran digital LCD, minim 8", cu suport WiFi și HDMI cu accesorii pentru lumina polarizanta. Microscopoele cu lumină sint folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă, cu iluminare cu lampă LED, dotat cu camera digitală, rezoluție minim 2048 x 1036, cu posibilitate de conectare la calculator (software inclus obligatoriu). Tub binocular cu unghi de înclinare 30°, cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 48-75 mm. Măsuța mecanică pentru operare cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y ParametruSpecificația Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Infinit Achromat, fabrica din sticlă 4x, 10x, 40x, 100x Unitatea de alimentare220 V, 50 Hz Termen de garanție – minim 24 luni	CE, ISO
33100000-1	7.2	Camera Makler profesionala	Makler® Counting Chamber	Israel	Sefi-Medical	Camera Makler profesionala, compatibilă cu Microscopul Medical descris anterior. Termen de garanție – minim 24 luni	Camera Makler profesionala, compatibilă cu Microscopul Medical descris anterior. Termen de garanție – minim 24 luni	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1649244228947

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Denumirea licitației: Echipament medical pentru activitatea științifică

Data: 12 04 2022

Lot: _____

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	6	Centrifuga + Eprubete (MEA)	Buc	1	20200,00	24240,00	20200,00	24240,00	Termen de 90 de zile de la semnarea contractului
33100000-1	7.1	Microscop medical biologic profesional	Buc	1	51 600,000	61920,00	51 600,00	61 920,00	Termen de 90 de zile de la semnarea contractului
33100000-1	7.2	Camera Makler profesionala	Buc	1	24000	28800,00	24 000,00	28 800,00	Termen de 90 de zile de la semnarea contractului
							95 800,000	114960,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau