

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1780657705160/21628988 din: 05.06.2026 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției:Diverse echipamente medicale							
Nr.	Denumirea lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Lotul 1 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	LED510	China	Mingtai Medical Group	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) cu durata medie de viață a LED-urilor - min. 50 000 h. Numărul de sateliți -1. Temperatura culorii - reglabil 3000 - 5000K . Reglarea intensității luminii – obligatoriu. Indexul de culoare - ≥ 95. Focusabil – obligatoriu. Diametrul ajustabil – aproximativ 30-40 cm Adâncimea – nu mai mică de 80 cm. Distanța de lucru – aproximativ 0.7-1.5 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță- nu mai mică de 120 000 lux. Rotația – 360 grade. Ajustare pe verticală- nu mai mică de 80 cm. Alimentarea – 220V, 50Hz. Mișcarea capului luminos – minim 4 axe. Mânere - detașabile sterilizabile. Panou de control - integrat în lampă. Înălțimea podului – 3m.	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) cu durata medie de viață a LED-urilor - min. 60 000 h. Numărul de sateliți -1. Temperatura culorii - reglabil 3000 - 5000K . Reglarea intensității luminii – obligatoriu. Indexul de culoare - ≥ 95. Focusabil – obligatoriu. Diametrul ajustabil – aproximativ 16-39 cm Adâncimea – nu mai mică de 80 cm. Distanța de lucru – aproximativ 0.7-1.5 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță- nu mai mică de 180 000 lux. Rotația – 360 grade. Ajustare pe verticală- nu mai mică de 80 cm. Alimentarea – 220V, 50Hz. Mișcarea capului luminos – minim 4 axe. Mânere - detașabile sterilizabile. Panou de control - integrat în lampă. Înălțimea podului – 3m.	CE ISO DM00083891
Semnăt: _____ Numele, Prenumele: <u>Perminov Andrei</u> În calitate de: <u>Administrator</u> Ofertantul: <u>ImpulsProGroup SRL</u> Adresa: <u>str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51</u>							