

■ Les instruments d'application répondent à des situations variées

EN CHIRURGIE OUVERTE

Les manches à commandes tactiles peuvent être utilisés avec électrode d'application courte (37 mm) ou mi-longue (148 mm). Pour la coupe sous argon, des électrodes pointe ou couteau sont disponibles.



Réf. V11A201



Electrode courte pour application d'argon
Réf. V11A301



Electrode mi-longue pour application d'argon
Réf. V11A302

EN COELIOCHIRURGIE


Les manches peuvent recevoir des électrodes de 37 cm.

Réf. V11A303



EN FIBROSCOPIE

L'endoscopie digestive et la bronchoscopie interventionnelle utilisent des sondes à l'Argon flexibles.



Diam 2,3 mm
Réf. V11A401



Diam 3,2 mm
Réf. V11A402



Diam 1,5 mm
Réf. V11A403

QUELQUES INDICATIONS DANS DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS

Gynécologie : chirurgie du sein

Chirurgie viscérale : Laparoscopie, hépatectomies

Gastroentérologie : Rectite radique, réduction de tumeur, dévitalisations, syndrome d'ectasies vasculaires antrales

Bronchoscopie interventionnelle : hémorragies superficielles, réduction de tumeur, granulation, traitement de fistule

ORL : rhinorragie, hyperplasie des cornets, turbinectomies, endocardite d'Osler, granulomes, papillomatoses laryngées, leukoplasie, angiomes, papillomes, précancéroses, sténose sous glottale.

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité/ Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

LAMIDEY NOURY MEDICAL

3 Rue des Petits Ruisseaux ZA les Godets

91370 Verrières-le-Buisson FRANCE

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

- Appareils d'électrochirurgie à courant haute fréquence et leurs accessoires stériles et non stériles

- Appareils d'aspiration médicale et leurs accessoires

- High frequency surgical equipments and sterile and not sterile accessories

- Medical and surgical suction equipment and accessories

Voir détails sur addendum / See attachment for additional information

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé P600866 / P601472-2, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.

GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced P600866 / P601472-2, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : May 7th, 2020 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : May 26th, 2024 (included)



DocuSigned by:

Béatrice Lys

EF338DA92AA04A3...

On behalf of the President

Béatrice LYS

Technical Director



Addendum au certificat n° 7752 rev. 13 page 1/1
Addendum of the certificate n°7752 rev. 13
Dossier / File N° P600866/P601472

Identification des dispositifs / Identification of devices

Les produits couverts par ce certificat sont référencés sur la liste des produits (3 pages) datée du 7 mai 2020 et authentifiée par GMED le 7 mai 2020.

The products covered by this certificate are listed on the manufacturer's list of products (3 pages) dated May 7th 2020 and authenticated by GMED on May 7th, 2020.

Ce certificat couvre le site et les activités / This certificate covers the site and activities:

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Za les Godets 3 Rue des Petits Ruisseaux 91370 Verrières-le-Buisson :

Conception, fabrication et contrôle final / Design, manufacture and final control

LAMIDEY NOURY MEDICAL

Za les Godets 4, rue des Petits Ruisseaux 91370 Verrières-le-Buisson

Fabrication/Manufacture.

GMED	0459
-------------	-------------



DocuSigned by:

Beatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director