

Anexa nr. 22

nr. _____

la Documenta ția standard

din "____" _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1726485667585 din 25.09.2024
Obiectul achiziției: Unituri dentare (fotolii stomatologice)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Unituri dentare (fotolii stomatologice)	Instalație "KLT-6220S6"	China	FOSH AN ROSO N MEDI CAL INSTR UME NTS CO., LTD.	Măsuța medicului: 1. Pistolet apă-aer; 2. Micromotor pneumatic; 3. Piesă unghi; 4. Piesă dreaptă pentru micromotor; 5. Piesă turbină; 6. Scaler electric montabil Măsuța asistentei: 1. Pistolet apă-aer; 2. Aspirator salivă; 3. Aspirator praf. Bloc hidric: 1. Scuiptor ceramic detasabil rotativ; 2. Sistem controlat de umplere a	Măsuța medicului: 1. Pistolet apă-aer; 2. Micromotor pneumatic; 3. Piesă unghi; 4. Piesă dreaptă pentru micromotor; 5. Piesă turbină; 6. Scaler electric montabil Măsuța asistentei: 1. Pistolet apă-aer; 2. Aspirator salivă; 3. Aspirator praf. Bloc hidric: 1. Scuiptor ceramic detasabil rotativ; 2. Sistem controlat de umplere a	

			paharelor și de clătire a vasului; 3.Temperatura constanta a apei calde; 4.Sistem autonom de alimentare cu apă. Lampă: 1.Senzor; 2.LED-uri 8(opt); 3.Puterea de la 7000-60000 Lux; 4.Moduri de radiație caldă și rece; 5.Mânere detașabile autoclavabile. Fotoliul pacientului: 1.Sistemul de acționare hidraulică vă permite să schimbați poziția fotoliului fără zgomot 2.Cotiera pliabilă 3.Reglarea înălțimii și înclinării tetierei 4.Montura blocului de lucru pe podea fixează în mod fiabil fotoliul și protejează împotriva vibrațiilor 5.Tapițerie fără suturi 6.Protector din peliculă pentru picioare 7 Protecție de amortizare a scaunului Scaunul medicului: 1.Forma ergonomică; 2.Suport spate flexibil reglabil; 3.Baza din aluminiu turnat; 4.Mișcare lină a roților. Culoare: Light blue	paharelor și de clătire a vasului; 3.Temperatura constanta a apei calde; 4.Sistem autonom de alimentare cu apă. Lampă: 1.Senzor; 2.LED-uri 6; 3.Puterea de la 7000-60000 Lux; 4.Moduri de radiație caldă și rece; 5.Mânere detașabile autoclavabile. Fotoliul pacientului: 1.Sistemul de acționare mecanica vă permite să schimbați poziția fotoliului 2.Cotiera pliabilă 3.Reglarea înălțimii și înclinării tetierei 4.Montura blocului de lucru pe podea fixează în mod fiabil fotoliul și protejează împotriva vibrațiilor 5.Tapițerie fără suturi 6.Protector din peliculă pentru picioare 7.Protecție de amortizare a scaunului Scaunul medicului: 1.Forma ergonomică; 2.Suport spate flexibil reglabil; 3.Baza din aluminiu turnat; 4.Mișcare lină a roților. Culoare: La alegere	
--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director

Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocelor, 1