

[illegible]

[illegible]

33100 00-1	50	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	939370	Uzbekistan	OOO "Elastikum"	Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua in calcul eroarea admisibila la nivel de masurare a densitatii) - Bumbac 100 %, - este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm - densitate minima 32 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofile pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde nationale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative in care se va regasi specificatia tehnica solicitata, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - numarul de fire pe cm² minim 24 Pentru bunurile cu marcaj CE sa fie ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de origine sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN	Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 +/-1 - Bumbac 100 %, - este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm - densitate minima 31 g/m2; dens. maxima 33 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofile pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil, inalbit cu peroxid de hidrogen - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003. - numarul de fire pe cm² minim 24 Bunurile sunt ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanta	pct. 15 din tabelul cu privire la criteriile de calificare si selectie a Anuntului de participare / Delaratia de conformitate CE.								
33100 00-1	51	Vată medicală nesterilă, 100g	Vată medicală nesterilă, 100g				- componenta: bumbac 100%										
33100 00-1	52	Vată medicală, nesterilă, 200-250g	Vată medicală, nesterilă, 200-250g				- caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri										
33100 00-1	53	Vată medicală, nesterilă, 50-70g	Vată medicală, nesterilă, 50-70g				- componenta: bumbac 100%										

0,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Slobodeanu Victor În calitate de: _Director_

Ofertantul: _SRL "Baramed" _____ Adresa: _mun. Chisinau, str. Cuza Vodă 1/2, of. 109_