

LOT 2

Specificații de preț:

Obiectul: **Furnizarea echipamentului pentru măsurarea punctului de rouă**

Numărul : MTG-L-10/22

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Echipament pentru măsurarea punctului de rouă	buc	1	EUR 72.471,77 (1.470.590,00 MDL*)	EUR 86.966,13 (1.764.708,00 MDL*)	EUR 72.471,77 (1.470.590,00 MDL*)	EUR 86.966,13 (1.764.708,00 MDL*)	180 de zile de la semnarea contractului
Valoarea totală (lei fără TVA):						EUR 72.471,77 (1.470.590,00 MDL*)		

*echivalent în MDL la cursul BNM la data 17.03.2022

Semnat:  Numele, Prenumele: Nicolai Iasibaș

În calitate de: Director

Ofertantul: Lokmera SRL Adresa: str.Mitropolit Gurie Grosu 9 ,MD 2028, Chisinau, Republica Moldova

Data „17”martie 2022

Specificații tehnice:

Obiectul: *Funcționarea echipamentului pentru măsurarea punctului de rouă*

Numărul : MTG-L-10/22


Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură / Cantitatea	Specificarea tehnică derlină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică derlină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	Echirament pentru măsurarea punctului de rouă	1 buc	Conform documentației de atribuire (scieitului de sarcini)	<p>1. Назначение: Анализатор Cong Prima 10 предназначен для контроля точек росы влаги и углеводородов на газораспределительных станциях, на газораспределительных станциях и т.д.</p> <p>2. Общие требования: Анализатор соответствует требованиям SM GOST R 53763:2013, GOST 20061-2021 и SM SR EN ISO 6327:2014.</p> <p>2. Технические характеристики: Диапазон измерения температуры точки росы по воде от минус 50 °С до +30 °С.</p> <p>Диапазон измерения температуры точки росы по углеводородам от минус 30 °С до +30 °С.</p> <p>Предел абсолютной погрешности при</p>	<p>SM GOST R 53763:2013, GOST 20061-2021, SM SR EN ISO 6327:2014</p>	<p>Germania / Rusia</p>	<p>Vumrel</p>

		<p>измерения точки росы по воде, не более ± 1 °C.</p> <p>Предел абсолютной погрешности при измерениях точки росы по углеводородам, не более ± 1 °C.</p> <p>Рабочая температура окружающей среды от +1 до +35 °C.</p> <p>Рабочее давление до 10 МПа.</p> <p>Анализатор Song Prima 10 может подключаться к газопроводу по проточной схеме через систему подготовки газа. Расстояние от места отбора до места установки анализатора может достигать 25 м, при соблюдении норм и требований к подключению (температура, наклон, изгибы, и.т.п.).</p> <p>Анализатор Song Prima 10 может обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none">- измерение температуры точек росы (ТТР) влаги и углеводородов;- регистрацию измеренных значений ТТР, среднечасовых значений избыточного давления <p>контролируемой среды и запись этик значений в энергонезависимую память анализатора;</p> <ul style="list-style-type: none">- цифровую индикацию измеренных значений ТТР (°C), избыточного давления (МПа) контролируемой		
--	--	---	--	--

			<p>среды;</p> <ul style="list-style-type: none"> - передачу информации о работе анализатора в другие измерительно-информационные системы через интерфейс RS-485; - с помощью программного обеспечения - визуализацию процесса измерения и считывание информации из энергонезависимой памяти анализатора; - пересчет измеренных значений ТТР (°С) во влагосодержание (г/м³) и пересчет измеренных значений ТТР с реального давления на контрактное давление (3.92 МПа). <p>Анализатор изготовлен во взрывозащищённом исполнении.</p> <p>3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с прибором:</p> <p>Вместе с анализатором будет поставлена система подготовки газа.</p> <p>4. Минимальный срок гарантийного обслуживания:</p> <p>Гарантийный срок 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки.</p> <p>5. Требования к доставке:</p> <p>Доставка за счет поставщика по адресу: г. Кишинев, ул. Вадул луй</p>		
--	--	--	---	--	--

			Водя-155			
			6. Дополнителные требования Поставщик обязуется: <ul style="list-style-type: none">• Произвести пуско-наладочные работы;• Произвести первичное обучение персонала работе с анализатором.			


Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolai Iasibaș
În calitate de: Director
Ofertantul: LokMera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Data „15” martie 2022