



湖北唯美医疗用品有限公司

Hubei V-Medical Products Co., Ltd.

Tel: 0086-(0)728-2712665

Web site : www.v-medicalchina.com

Email : vm001@v-medicalchina.com

Add : No.67 Xianhong Road, Xinli Renkou, Xiantao, Hubei, China 地址: 湖北省仙桃市新里仁口仙洪路 67 号

QUALITY CERTIFICATES

Order No. 订单号:	VM-22001-MO	Batch No. 批号:	220314
Product code 代号:	041305	Quantity 数量:	<u> / </u> m () OR roll(☒)
Specifications 描述:	Bulk 散装(☒) / Sterile 消毒(), Gauze rolls 纱布卷		
Weight /square meter:	<u> 32 </u> g/sqm	Size 规格:	<u> 1000 </u> m * <u> 90 </u> cm
Package way 包装:	<u> 1000 </u> m /rolls		
Testing date 日期:	2022-03-14	Standard 标准:	EN14079:2003, Internal Control Standards

Properties: The raw material——**gauze**, is a white, soft and plain woven fabric without stink.

前提: 原材料——纱布, 是白色无味, 柔软平整的织物。

	Examination 检验指标	Requirements 指标要求	Test Result 检验结果
1	Composition 成份	100% cotton	OK
2	G / SQM 克重	$\geq$ <u> 32 </u> g/m ²	32.4g/m ²
3	Absorption 吸水量	$\geq$ 10g/g	11.3g/g
4	Whiteness 白度	$\geq$ 80 ⁰	80.7 ⁰
5	sink time 沉没时间	$\leq$ 10sec	3sec
6	Fluorescence 荧光物	None 无, 允许少量荧光星点	OK
7	Water-soluble substance 水中可溶物	$\leq$ 0.5%	0.20%
8	Acidity & Alkalinity 酸碱度	Neutral 中性	OK
9	Starch & Dextrin 淀粉与糊精	None 无	OK
10	Surface Active Substances 表面活性物	$\leq$ 2mm	0mm
11	Sulphated Ash 硫酸盐灰分	$\leq$ 0.4%	0.18%
12	Loss on drying 干燥失重	$\leq$ 8.0%	4.9%
13	Open size 开料尺寸	<u> 90cm^{±1.5} x 1000m </u>	OK
14	Quantity per package 包装含量	<u> Sampling checking: correct </u> 抽样检测: 数量准确	OK
15	Package appearance 包装外观	<u> Clean, print clear and right </u> 干净, 印刷清晰正确	OK
16	Bioburden before sterile 初始污染菌测试	$\leq$ 100 cfu/g	25cfu/g
17	Sealing effect 封合效果	<u> No seam, Edge$\geq$6mm; Strength$\geq$1.5N </u> 无缝隙, 边缘 $\geq$ 6mm; 强度 $\geq$ 1.5N	/
18	Bioburden after sterile 消毒后污染菌测试	<u> No bacterial colony on media </u> 培养基上无菌落生长	/

Reporter 拟制: xiong kong yan

Date 日期: 2022.03.14

For and on behalf of

湖北唯美医疗用品有限公司

HUBEI V-MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

结论: 该产品

☒ Qualified to be released 合格可放行

☐ Unqualified 不合格

Auditor 审核:

Date 日期: 2022.03.14

Authorized Signature(s)