Către: Centrul de Medicina Legala
MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Vl.Korolenko,8

Anexa 22

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **:** ocds-b3wdp1-MD-1648133445390 din 05.04.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de preturi privind achiziționarea Consumabilelor de laborator pentru secția Toxicologie

Denumirea bunurilor	**Denumirea modelului bunului (inclusiv codul din catalogul producătorului)**	**Țara de origine**	**Producătorul**	**Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă**	**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant**	**Standard de referință**
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.4 Accesorii și consumabile pentru GC						
1. Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,5 mm, pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,32 mm);	5062-3514	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,5 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,32 mm); material 15% grafit, 85% vespel). - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	*Denumirea: 5062-3514 Ferrule, vespel-graphite 15-85%, 0.10-0.32mm, 10/pk* Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,5 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,32 mm); material 15% grafit, 85% vespel). - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
2. Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4 mm, pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm)	5181-3323	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	*Denumirea: 5181-3323 Ferule 0.4mm VG 0.1-0.25col 10/PK* Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	

3. Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4 mm (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm)	5062-3508	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	*Denumirea: 5062-3508 Ferrule, 0.4 mm id, preconditioned for MSD interface* Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
4. Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,5 mm (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,32 mm)	5062-3506	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,5 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,32 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	*Denumirea: 5062-3506 Ferule 1 set/10buc* Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,5 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,32 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
5. Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa Liner ultra inert	5183-4759-100	SUA	Agilent	Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa,100/pk - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	*Denumirea: 5183-4759-100 Septe,11 mm/ 100PK* Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa,100/pk - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
6. Liner ultra inert	5190-3165	SUA	Agilent	Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf Agilent 8890 - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	*Denumirea: 5190-3165 Liner din sticla GW, 5/PK* Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf Agilent 8890 - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	

7. Coloana cromatografică capilară	CP9013	SUA	Agilent	Coloana cromatografică capilară (VF-5ms, 30m x 0,25µm x 0,25 µm + 10 m capilar de protecție (EZ-Guard)) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	*Denumirea: CP9013 Coloana cromatografică capilară VF-5ms +10m EZ-Guard* Coloana cromatografică capilară (VF-5ms, 30m x 0,25µm x 0,25 µm + 10 m capilar de protecție (EZ-Guard)) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
8. Coloana cromatografică capilară	123-9134	SUA	Agilent	Coloana cromatografică capilară DB-ALC1 (30m x 0,32µm x 1,8µm) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	*Denumirea:123-9134 Coloana cromatografică capilară DB-ALC1* Coloana cromatografică capilară DB-ALC1 (30m x 0,32µm x 1,8µm) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
9. Coloana cromatografică capilară	123-9234	SUA	Agilent	Coloana cromatografică capilară DB-ALC2 (30m x 0,32µm x 1,2µm) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	*Denumirea: 123-9234 Coloana cromatografică capilară DB-ALC2* Coloana cromatografică capilară DB-ALC2 (30m x 0,32µm x 1,2µm) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
10. Filament pentru detector Agilent 5977B	G7005-60061	SUA	Agilent	Filament pentru detector Agilent 5977B - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	*Denumirea: G7005-60061 Filament pentru MSD* Filament pentru detector Agilent 5977B - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate prezentat la livrare.	
11. Filtru pentru epurarea heliului utilizat la cromatograful de gaze cu detector de masă	RMSH-2	SUA	Agilent	Filtru pentru epurarea heliului utilizat la cromatograful de gaze cu detector de masă (Agilent Big universal trap, Helium, 1/8 in, 250 psig Part Number:RMSH-2)	*Denumirea: RMSH-2 Filtru pentru Heliu* Filtru pentru epurarea heliului utilizat la cromatograful de gaze cu detector de masă (Agilent Big universal trap, Helium, 1/8 in, 250 psig Part Number:RMSH-2)	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**