

Specificație Tehnică Completată

Mdelul:FG-29V / DM00459183 ; Producătorul: HOYA Corporation/Pentax Medical; Țara: Japonia.

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină ofertată, Standarde de referință
Fibrogastroscoop Cod 290200 Descriere Fibreogastroscoop destinat diagnosticului și tratamentul potiuunii esofago-gastro-duodenale Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere ≥ 100 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3- 100mm Capul distal ≤ 9.8 mm Diametrul exterior ≤ 9.8 mm Înclinarea capului distal - sus/jos 210/90 grade - dreapta/ stînga 100 grade - Diametrul tubului introdus ≤ 9.8 mm Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de instrumente ≥ 2.8 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul) Pensă de biopsie- 2 unit.	Fibrogastroscoop DA FG-29V Cod 290200 Descriere Fibreogastroscoop destinat diagnosticului și tratamentul potiuunii esofago-gastro-duodenale DA Parametrul Specificația DA Sistem optic Unghiul câmpului de vedere 100 grade pag. 1 din PENTAX Medical FG-29V.pdf si pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf Înclinarea câmpului vizual 0 grade DA pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf DA Adâncimea câmpului vizual 3- 100mm pag. 1 din PENTAX Medical FG-29V.pdf pdf si pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf. DA Capul distal - 9.8 mm pag. 1 din PENTAX Medical FG-29V.pdf pdf si pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf Diametrul exterior - 9.8 mm pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf DA Înclinarea capului distal - sus/jos 210/120 grade - dreapta/ stînga 120 grade pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf Diametrul tubului introdus - 9.8 mm - pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf Lungimea de lucru - 1050 mm pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf Canalul de instrumente - 2.8 mm pag. 92 din User Manual FG-29V.pdf Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. DA inclusă Piesă bucală -2 unit. DA inclusă Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. DA SHA-P6 Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul) DA LH-150PC Pensă de biopsie- 2 unit. DA inclus Butelie pentru apă la fel inclusă