

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-174648581872								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Saltele antiescare								
Autoritatea contractantă: IMSP SCM,,Sfintul Arhanghel Mihail"								
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3952210-5	1	Saltele antiescare	QDC-303, CU COMPRESOR	China	GUANGDON G YUEHUA MEDICAL INSTRUMEN T FACTORY CO., LTD.	Saltele antiescare cu pompa: . Dimensiune: 200-220 x 90- 100 x 7-9 cm . inaltimea celulelor: 7-10 cm . Material: PVC . grosimea: minimn 0.32 mm . numar de celule: minim 130 . greutatea maxima suportatd: minim 130 kg. Pompa: . Tensiunea de alimentare:220 V,50 Hz . presiunea de lucru: 40-100 mmHg . Timpul unui ciclu: maxim 7 min . cu posibilitatea de a fi atasata de patul pacientului	Saltele antiescare cu pompa: . Dimensiune: 200 x 90 x7 cm . inaltimea celulelor: 7 cm . Material: PVC . grosimea: minimn 0.32 mm . numar de celule: minim 130 . greutatea maxima suportata: minim 130 kg. Pompa: . Tensiunea de alimentare:220 V,50 Hz . presiunea de lucru: 40-100 mmHg . Timpul unui ciclu: maxim 7 min . cu posibilitatea de a fi atasata de patul pacientului	CE, Declaratie de conformitate Inregistrat in Registrul de Stat DM000624586 Rg04-000214 din 19.09.2023
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								