

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.  
300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9  
Tel. 0256 300727  
Fax 0256 201348

## CERTIFICAT DE CALITATE

**Produsul: Acetilena flamfotometrie**  
**Livrat in: butelie: 50 l**  
**Presiune imbuteliere la 15°C: 16 - 18 bar**  
**Continut gaz : 10 kg ;**

### CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

Componenta	Cantitate
Acetilena flamfotometrie	min.99,8 %
Compusi hidrogenati ai As, S,P	max. 5 ppm

*Acetilenă, dizolvată*  
*EEC Nr. (după EINECS): 200-816-9*  
*Nr. CAS: 74-86-2*  
*Index Nr. 601-015-00-0*  
*Formula chimică C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>*  
*Număr de înregistrare REACH:*  
*01-2119457406-36*  
*Utilizări cunoscute*  
*Este utilizat în tehnici autogene, flamfotometrie, sinteze chimice.*

*Societatea furnizoare:*  
*Acseal Gaz S.R.L.*

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.  
Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului, va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.



### Linde Gaz Romania

#### Timișoara Napoca

Str. Avram Imbroane 9  
Tel.: +40 256 300 700  
Fax: +40 256 225 608

www.linde-gaz.ro

#### București

Autostrada București – Pitești km.11  
Tel.: +40 21 318 1920  
Fax: +40 21 3181934

#### Cluj

Bld. Muncii 18  
Tel.: +40 264 415 707  
Fax: +40 264 415 708