

**Specificații tehnice (F4.1)**

<b>Numărul licitației:</b>		ocds-b3wdp1-MD-1706174318116			<b>Data:</b> „8” Februarie 2024	
<b>Denumirea licitației:</b>		Servicii de mentenanță și deservirea unității radiologice (Repetat)				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Codul CPV</b>	<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>
1,1	50421200-4	Unitatea radiologică, model: GU60 DGR-U4HN2J/US), producătorul Samsung	serv.	1	Diagnosticarea sistemului și emiterea buletinului anual de verificare. Mentenanța sistemului prin: - calibrarea și activarea detectorului; - realizarea backupului funcțional al sistemului; - reinstalarea driverelor; - actualizarea permanentă a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) - UPDATE pe toată perioada, conformă cu toate updatările producătorului, perioada de realizare pe măsura actualizării softului de către producător.	Diagnosticarea sistemului și emiterea buletinului anual de verificare. Mentenanța sistemului prin: - calibrarea și activarea detectorului; - realizarea backupului funcțional al sistemului; - reinstalarea driverelor; - actualizarea permanentă a softului aferent echipamentului (cu toate componentele sale) - UPDATE pe toată perioada, conformă cu toate updatările producătorului, perioada de realizare pe măsura actualizării softului de către producător.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4