

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21042819 din 09 august 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Autoclav

Nr. d/o a lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autoclav 90 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L)	Nuve NC100	Turcia	Nuve	Încărcare verticală	Încărcare verticală	
					Construcția interioară din oțel AISI 316L	Construcția interioară din oțel AISI 316L	
					Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.	Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.	
					Clasa B, S	Clasa S	
					Securitate la supraîncălzire da	Securitate la supraîncălzire da	
					Alarmer acustică vizuală	Alarmer acustică vizuală	
					Durata sterilizării reglabilă da	Durata sterilizării reglabilă da	
					Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe	Regimuri de sterilizare presetate 5 programe	
					Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da	Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da	
					Control electronic Microprocesor	Control electronic Microprocesor	
					Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da	Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da	

Ușa rămâne blocată pana la scaderea sfârșitul procesului de sterilizare da	Ușa rămâne blocată pana la scaderea sfârșitul procesului de sterilizare da
Suprafata exterioara să nu se încălzească	Suprafata exterioara să nu se încălzească
Imprimantă termică da	Imprimantă termică da
Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED	Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital)	Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital)
Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă ; Ciclu de vacuum	Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă ; Ciclu de vacuum
Pre și post vacuum selectabil	Pre și post vacuum selectabil
Sistem de uscare da	Sistem de uscare da
Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă	Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă
Camera de sterilizare sudată conform standartelor UE (BSEN 13060; PED2014/68/EU;) inclusiv interior	Camera de sterilizare sudată conform standartelor UE (BSEN 13060; PED2014/68/EU;) inclusiv interior
Volum interior 90 l, ± 10 l	Volum interior 100 l
Precizie timp de sterilizare ± 1 min.	Precizie timp de sterilizare ± 1 min.

