

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21263433 din 02.09.2024****Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 28</b>						
Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm	PG 0686	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	HRN: ½ cerc, ac cu corp rotund - vârf tocit HRN 50 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 90 cm <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000692867</b>	CE
<b>Total lot 28</b>						
<b>Lotul 36</b>						
Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm	PG 1237	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Acid poliglicolic USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DS: cerc 3/8, ac de tăiere inversă DS 37 EP 5 USP 2 Lungime 1 x 75 cm <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000692937</b>	CE
<b>Total lot 36</b>						
<b>Lotul 38</b>						
Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	PG 0686	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	PGA 2-0(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	HRN: ½ cerc, ac cu corp rotund - vârf tocit HRN 50 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 90 cm <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000692867</b>	CE
<b>Total lot 38</b>						
<b>Lotul 174</b>						
NYLON USP 9 -0;- 2 ace	MI 1225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%; diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	2 x DLZ 6,2 / 150 μm EP 0,2 USP 10/0 Lungime 1 x 30 cm <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000052661</b>	CE
<b>Total lot 174</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23