

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție : Achizitii.md ID 21468687, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1755682181910 din 20 august 2025
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului medical

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 14. Spectrometru cu absorbție atomică ZEE nit 700P, nr. 150z7p1133, 2014 (CSP Cahul)	Spectrometru cu absorbție atomică ZEE nit 700P	Germania	Analytik Jena	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite. Se solicită înlocuirea : • 115:485.12-Senzor identificare arzator, • 810-60258-0-Set consumabile flacara (Consumable set F for Flame technique) - 1 set, • 810-60508-0- Set consumabile hidruri (Consumables set H for Hydride Systems) - 1 set	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, care include: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație include doar pozițiile menționate mai jos. Funcționalitatea altor componente, ce nu fac parte a acestei licitații, nu poate fi garantată. Pentru consumabilele producătorului Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, pentru lucrările efectuate se oferă garanție de 12 luni, pentru piesele de schimb înlocuite –se oferă garanție numai în termenii oferiti de către producător. La finalizarea lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite: • Cod 115:485.12 înlocuit de 115:490.12 (Senzor identificare arzator - 1 buc.	-

					• Cod 810-60258-0-Set consumabile flacara (Consumable set F for Flame technique) - 1 set, • Cod 810-60508-0- Set consumabile hidruri (Consumables set H for Hydride Systems) - 1 set	
Lot 17. Spectrofotometru Specord (CSP Căușeni)	Spectrofotometru Specord 200 Plus	Germania	Analitik Jena	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite. • 820-60274-C-Lampa Deuteriu, Specord 200 Plus, • Lampa Halogen, Specord 200 Plus	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, care include: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație include doar pozițiile menționate mai jos. Funcționalitatea altor componente, ce nu fac parte a acestei licitații, nu poate fi garantată. Pentru consumabile producătorul Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, pentru lucrările efectuate se oferă garanție de 12 luni, pentru piesele de schimb înlocuite –se oferă garanție numai în termenii oferiti de către producător. La finalizarea lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite: • Cod 820-60274-C- Lampa Deuteriu, Specord 200 Plus - 1 buc. • Cod 820-60267-P- Lampa Halogen, Specord 200 Plus- 1 buc.	-
Lot 19. Spectrofotometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P Nr. 150Z7P1135 (schimbarea senzorului la flacăra) (CSP Comrat)	Spectrofotometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P	Germania	Analitik Jena	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările	• Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, care include: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni. • Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație include doar pozițiile menționate mai jos. Funcționalitatea altor componente, ce	-

				executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.. • Cod 407-11-0516-910-11 – Canulă injector cuptor MPE-60, 1 bucată. • Cod 115:090.12 – Stativ pentru fixarea camerei de pulverizare, 1 bucată. • Cod 115:485.12 – Senzor identificare arzător, 1 bucată. • Cod 702-A63.614 – Tub aspirare flacăra (Inlet tube – PTFE – manual work for nebulizer), 6 bucăți. • Cod 810-60258-0 – Set consumabile flacăra (Consumable set F for Flame technique), 1 set. • Cod 810-60508-0 – Set consumabile hidruri (Consumables set H for Hydride Systems), 1 set.	nu fac parte a acestei licitații, nu poate fi garantată. Pentru consumabilele producătorului Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, pentru lucrările efectuate se oferă garanție de 12 luni, pentru piesele de schimb înlocuite –se oferă garanție numai în termenii oferiti de către producător. • La finalizarea lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite • Cod 407-11-0516-910-11 – Canulă injector cuptor MPE-60 - 1 buc. • Cod 115:090.12 – Stativ pentru fixarea camerei de pulverizare - 1 buc. • Cod 115:485.12 - înlocuit de 115:490.12 – Senzor identificare arzător- 1 buc. • Cod 702-A63.614 – Tub aspirare flacăra (Inlet tube – PTFE – manual work for nebulizer), 6 bucăți - <u>NU MAI ESTE DISPONIBIL.</u> Înlocuit de 407-111.006 - Tub aspirare flacăra (Inlet tube – PTFE – manual work for nebulizer) – 6 buc • Cod 810-60258-0 – Set consumabile flacăra (Consumable set F for Flame technique) - 1 set. • Cod 810-60508-0 – Set consumabile hidruri (Consumables set H for Hydride Systems) - 1 set	
Lot 20. Spectrofotometru UV-VIS,SPECORD 200 PLUS 223E1552,2010 (CSP Soroca)	Spectrofotometru UV-VIS,SPECORD 200 PLUS	Germania	Analytik Jena	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, care include: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație include doar pozițiile menționate mai jos. Funcționalitatea altor componente, ce nu	-

				executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.. •Cod 820-60274-C – Lampă Deuteriu, Specord 200 Plus, 1 bucată	fac parte a acestei licitații, nu poate fi garantată. Pentru consumabilele producătorului Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, pentru lucrările efectuate se oferă garanție de 12 luni, pentru piesele de schimb înlocuite –se oferă garanție numai în termenii oferiti de către producător. La finalizarea lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite •Cod 820-60274-C – Lampă Deuteriu, Specord 200 Plus - 1 buc.	
Lot 22. SF Specord 200 plus, nr. 223E1551 (CSP Ungheni)	Spectrofotometru UV-VIS,SPECORD 200 PLUS	Germania	Analytik Jena	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite. •Lampă Halogen, Specord 200 Plus.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, care include: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație include doar pozițiile menționate mai jos. Funcționalitatea altor componente, ce nu fac parte a acestei licitații, nu poate fi garantată. Pentru consumabilele producătorului Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, pentru lucrările efectuate se oferă garanție de 12 luni, pentru piesele de schimb înlocuite –se oferă garanție numai în termenii oferiti de către producător. La finalizarea lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite •Cod 820-60267-P- Lampă Halogen, Specord 200 Plus -1 bucată	-
Lot 23.	Spectrofotometru UV-VIS,SPECORD	Germania	Analytik Jena	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, care include: identificarea	-

SF Specord 200 plus, nr. 223E1551 (CSP Chișinău)	RD 200 PLUS			Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.. •820-60274-C-Lampa Deuteriu, Specord 200 Plus, •Lampa Halogen, Specord 200 Plus.	defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație include doar pozițiile menționate mai jos. Funcționalitatea altor componente, ce nu fac parte a acestei licitații, nu poate fi garantată. Pentru consumabile producătorul Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, pentru lucrările efectuate se oferă garanție de 12 luni, pentru piesele de schimb înlocuite –se oferă garanție numai în termenii oferiti de către producător. La finalizarea lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite. • Cod 820-60274-C-Lampa Deuteriu, Specord 200 Plus – 1 buc. • Cod 820-60267-P- Lampa Halogen, Specord 200 Plus – 1 buc	
Lot 28. Spectrofotometru cu absorbție atomică, NovAA-800, nr. 10-1430D-A V211 (LICH)	Spectrofotometru cu absorbție atomică, NovAA-800	Germania	Analytik Jena	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice. Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație este inclus. Se oferă garanție pentru lucrările executate și pentru piesele înlocuite, pe o perioadă de minimum 12 luni. Se solicită întocmirea unui act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care să fie specificate toate piesele sau componentele înlocuite.	Diagnosticarea, reparația și testarea echipamentelor conform documentației tehnice, care include: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni. Costul pieselor de schimb utilizate în procesul de reparație include doar pozițiile menționate mai jos. Funcționalitatea altor componente, ce nu fac parte a acestei licitații, nu poate fi garantată. Pentru consumabile producătorul Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, pentru lucrările efectuate se oferă garanție de 12 luni, pentru piesele de schimb înlocuite –se oferă garanție numai în termenii oferiti de către producător.	-

				• Set cuve de grafit compatibile cu modelul echipamentului- 1 set (10 un.)	La finalizarea lucrarilor se va întocmi un act de predare-primire în limba română pentru fiecare echipament, în care vor fi specificate toate piesele sau componentele înlocuite • Cod 407-A81.025- Set cuve de grafit - 1 set (10 un.)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Natalia GUMIONAIA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**KIRANTONI**“ **SRL**

Adresa: **str. M.Costin 18, of 132 , mun. Chişinău, MD-2068 Republica Moldova**