

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către

Numărul licitației: LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1622196991681**

Data: Conform SIA RSAP

Alternativa
nr.:

Denumirea licitației: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Centru,
pentru anul 2021

Lot: 3

Pagina:
__ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	4	5	6	7	8
3310000-1	3	Fotoliu pentru recoltarea sîngelui, model Luxor Chair - mechanical (white)	China	Silverfox Corporation Limited	Fotoliu pentru recoltarea sîngelui Cod Descriere Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru miini Înălțimea suportului reglabilă, 75-95cm Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 -75 cm Capacitate maximă ≥ 150 kg	Fotoliu pentru recoltarea sîngelui Cod Descriere Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru miini Înălțimea suportului reglabilă, 75-95cm Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 56 -76 cm Capacitate maximă 175 kg	Declaratie de Conformitate CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Stela Potinga În calitate de: Director

Ofertantul: SA Tehoptimed Adresa: Chisinau, str. Maria Dragan 19A, tel 022471215 / 022473769