

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice +
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr.4 din 04.07.2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Localitate	Republica Moldova, Chișinău
IDNO	1006601004002
Adresa	str. Korolenko 2/1
Număr de telefon	022-884-349
Număr de fax	022-88-43-55
E-mail	office@amed.md
Adresa de internet	www.amed.md
Persoana de contact	Tatiana Aramă, specialist principal, secția juridică, secretar grup de lucru pentru achiziții

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri+ Servicii Lucrări	
Obiectul de achiziție	Coloane cromatografice	
Cod CPV	33140000-3	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)	-	
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1554381485149 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21006893	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data: 21 mai 2019	Ora:11:00
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu	Da + Nr.: Buletinul achizițiilor publice nr. 13 Data: 16 aprilie 2019
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	№ ocds-b3wdp1-MD-1554381485149-PN-1554381485220 Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1554381485149 Data publicării/transmiterii: 18.04.2019	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu	acord-cadru sistem dinamic de achiziție licitație electronica catalog electronic
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/>	

	Surse externe Alte surse: venituri colectate
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 212 750,00

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: nu s-au înregistrat

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare

4. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform SIARSAP

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentației de atribuire	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

5. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au efectuat

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	Indicați sursa utilizată și data publicării:
Transmise operatorilor economici înregistrați	Data:
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Cu _____ zile

6. Până la termenul-limită (data 21 mai 2019, ora 11:08), au fost depuse 5 oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
SRL „Nitech”	1006600023491	Administrator: Petru Seremet
SRL „Lokmera”	1007600011105	Director: Nicolai Iasîbaș
SRL „GBG-MLD”	1003600117582	Fondatori: Tudor Ceaicovschi Vera Coleva
SRL „Bio Analitica”	1015600017171	Administrator: Rusu Ghenadie
SRL „Mic-Tan”	1002600038282	Administrator: Pîslaru Marcel

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 21 mai ora 11:08.

Oferte întârziate (după caz): nu au existat

Denumirea operatorilor economici	Data, ora prezentării	Notificări privind restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorului economic-ofertant	Formularul ofertei (F.3.1)	Garanția pentru ofertă	DUAЕ	Specificații de preț	Specificații tehnice
SRL „Nitech”	+	+	+	+	+
SRL „Lokmera”	+	+	+	+	+
SRL „Bio Analitica” SRL	+	+	+	+	+
SRL „GBG-MLD”					
SRL „Mic-Tan”					

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul neprezentării)

Constatări/Comentarii (după caz): nu au fost

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot +	Pentru mai multe loturi cumulate <input type="checkbox"/>	Pentru toate loturile <input type="checkbox"/>
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant	-	
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi	-	

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat	*Denumirea și numărul lotului (această rubrică se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)
prețul cel mai scăzut +	
costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>	
cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>	
cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>	

10. Informația privind ofertele examinate:

Nr. lot	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici							
				SRL „Nitech”		SRL „GBG-MLD”		SRL „Bioanalitica” SRL		SRL „Lokmera”	
				Preț unitar fără TVA	Corespondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Corespondere specificații tehnice
1	LOT 1: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18, 50 x3,0 mm, 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Buc.	2			22920	-			31830	+
2	LOT 2: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 50 x3,0 mm, 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Buc.	2			22920	-			31946	+
3	LOT 3: Coloana cromatografică BDS C18, 50 x4,0 (4,6) mm, 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Buc.	2			22920	-			29444	+
4	LOT 4: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 50 x3,0 mm, 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Buc.	2			22920	+				
5	LOT 5: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 50 x4,6 mm, 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	Buc.	2			24210	-			29750	+

6	LOT 6: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 50x 4,6mm, 1,8 μ m, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Buc.	1			12105	+				
7	LOT 7: Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 μ m, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana	Buc.	1			11330	-			12985	+
8	LOT 8: Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 μ m	Buc.	5			9300	+				
9	LOT 9: Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 100 x3.0 mm, 3.5 μ m cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Buc.	2			25336	+				
10	LOT 10: Coloana cromatografica Luna C 8(2) ,100 x4,0 (4,6) mm, 3 μ m cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (10 buc)	Buc.	2			36770	-	42600	+		
11	LOT 11: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,0 (4,6)mm, 5 μ m, tip cartridge cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Buc.	1			11530	-			16900	+
12	LOT 12: Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl	Buc.	2			3812	-			3824	+
13	LOT 13: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 μ m cu set de	Buc.	2			25336	-			33384	+

	protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana										
14	LOT 14: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana)	Buc.	2			23060	-			32506	+
15	LOT 15: Coloana cromatografica BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Buc.	2			25340	-			32970	+
16	LOT 16: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana si set de precoloana	Buc.	1	17846,79	+	11530	-				
17	LOT 17: Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm cu diam 4.6mm	Buc.	4	1045,20	+						
18	LOT 18: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloana 12corespunzatoare cu coloana	Buc.	2			23060	-			28436	+
19	LOT 19: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Buc.	2			23060	-			35996	+
20	LOT 20: Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holdere	Buc.	1	13953,42	+					9762	-

	corespunzatoare cu coloana 5µm si precoloane (3 buc) sau echivalentă										
21	LOT 21: Coloana cromatografica C8, tip EC,150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Buc.	1							10850	+
22	LOT 22: Coloana cromatografica C8, tip EC,150 x4,0 (4,6)mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Buc.	1			9886	-			13449	+
23	LOT 23: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Buc.	2			23060	-	34000	-	34876	+
24	LOT 24: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Buc.	2			25336	-	35000	-	35988	+
25	LOT 25: Coloana cromatografica NH ₂ , tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Buc.	1			8292	+				
26	LOT 26: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartrige sau echivalent	Buc.	1	10556,52	+						
27	LOT 27: Coloana cromatografica Chiralcel OJ-H (silicagel OJ pentru	Buc.								55404	+

	compusi chirali) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)		1								
28	LOT 28: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Buc.	2			23630	-			31484	+
29	LOT 29: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Buc.	3	54637,83	+	35445	-				
30	LOT 30: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x3.0 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Buc.	2	36425,22	+	23630	-				
31	LOT 31: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	Buc.	2			12312 ,30	-			40834	+
32	LOT 32: Coloană cromatografică X- Terra MS C18 , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartrige cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana	Buc.	1	18160,35	+	12312 ,30	-				
33	LOT 33: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane	Buc.	2	46772,70	+	24624	-				

	corespunzatoare cu coloana										
34	LOT 34: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	Buc.	2			24624	-			31486	+
35	LOT 35: Coloană cromatografică Bondapak C 18, 10µm, 300x3.9 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	Buc.	2	51528,36						49858	-
36	LOT 36: Coloană cromatografică Zorbax Eclipse XDB-C18, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845	Buc.	2							20102	+
37	LOT 37: Coloana X-Bridge Shield RP-18 , 250x4.6 mm, 3.5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Buc.	1							30707	+
38	LOT 38: Coloană cromatografică Lichrospher 60-RP select-B , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge , compatibilă cu holderele de coloană tip TR-015323	Buc.	1	8100,30	+						
39	LOT 39: Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm	Buc.	50							26310	+
40	LOT 40: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze	Buc.		10060,05	+						

	DB-624, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.80 µm		1							
41	LOT 41: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 1.40 µm	Buc.	1	14345,37	+					
42	LOT 42: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-1, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm	Buc.	1	13848,90	+					
43	LOT 43: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze Zebron™ ZB- WAX, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm	Buc.	1	14371,50	+					

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

LOT 1: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana. Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea.

LOT 2: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana

Pore Size: 80Å

Carbon load : 12.5%

pH range 2.0-11.5

Surface Area: 170 m²/g

Clasificare USP: L 1.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 3: Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana.

Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea.

LOT 5: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane

Clasificare USP: L 7.

Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea. Dimensiunea particulelor propusă este de 3 μm. Nu este indicat parametrul: Surface Area

LOT 7: Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 μm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana. Pore Size:120Å

Surface Area: 130 m²/g

pH range 1.0-8.0

temp. limits: 60°C

carbon load: 7.5%

Endcapped: no.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area

LOT 10: Coloana cromatografica Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 μm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana

Pore Size: 100Å

Surface Area: 400 m²/g

Carbon load :13,5%

pH range 1.5-10.0 +

Clasificare USP: L 7.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 11: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)

Pore Size: 80Å

Carbon load : 7.2%

pH range 2.0-9.0

Surface Area: 180 m²/g

Endcapped double

Clasificare USP: L 11.

Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea. Nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați.

LOT 12: Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, diametrul 4,6 mm compatibilă cu holderele de coloană.

Consumabile pentru lotul 11.

LOT 13: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana.

Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea.

LOT 14: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana.

Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea.

LOT 15: Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana.

Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea.

LOT 16: Coloană cromatografică Luna C18 (2), cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană

Pore Size: 100Å

Surface Area: 400 m²/g

pH range 1.5-9.0

carbon load: 17,5%

Endcapped: yes.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 18: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană.

Pore Size: 100Å

Surface Area: 450 m²/g

pH range 2.0-7.5

temp. limits: 60°C

carbon load: 15,5%

Endcapped: yes.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 19: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana

Pore Size: 80Å

Carbon load : 12.5%

pH range 2.0-11.5

Surface Area: 170 m²/g

Clasificare USP: L 1.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 20: Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana 5µm si precoloane (3 buc) sau echivalentă.

Coloana propusă de Lokmera este de alt tip, se propune coloana tip analitic.

LOT 22: Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana

Pore Size: 110Å

Carbon load :10,5%

pH range 1.0-9.0

Clasificare USP: L 7.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați. Se propune coloana C18.

LOT 23: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana

Pore Size: 80Å

Carbon load : 7.6%

pH range 2.0-9.0

Surface Area: 180 m²/g

Clasificare USP: L 7.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

Coloana propusă de Bio Analitica nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați.

LOT 24: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana

Pore Size: 80Å

Carbon load : 7.6%

pH range 2.0-9.0

Surface Area: 180 m²/g

Clasificare USP: L 7.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

Coloana propusă de Bio Analitica nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați.

LOT 28: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane.

Coloana propusă de GBG este de alt tip și nu satisface solicitarea.

LOT 29: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana

Pore Size: 80Å

Carbon load : 12.5%

pH range 2.0-11.5

Surface Area: 170 m²/g

Clasificare USP: L 1.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 30: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane

Pore Size: 80Å

Carbon load : 12.5%

pH range 2.0-11.5

Surface Area: 170 m²/g

Clasificare USP: L 1.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 31: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8 tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane

Pore Size: 80Å

Surface Area: 180 m²/g

pH range 0.8-8.0

temp. limits: 90°C

carbon load: 10%

Endcapped: no.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 32: Coloană cromatografică X-Terra MS C18 tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana

Pore Size: 125Å

Surface Area: 175 m²/g

pH range 1.0-12.0

temp. limits: 60°C

carbon load: 15,5%

Endcapped: yes.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 33: Coloană cromatografică Luna C18 (2), cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană

Pore Size: 100Å

Surface Area: 400 m²/g

pH range 1.5-9.0

carbon load: 17,5%

Endcapped: yes.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 34: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana .

Pore Size: 100Å

Surface Area: 450 m²/g

pH range 2.0-7.5

temp. limits: 60°C

carbon load: 15,5%

Endcapped: yes.

Coloana propusă de GBG nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați și nu este indicat parametrul: Surface Area.

LOT 35: Coloană cromatografică Bondapak C 18 tip cartridge cu lungimea 300 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana .

Pore Size: 125Å

Surface Area: 330 m²/g

pH range 2.0-8.0

temp. limits: 60°C

carbon load: 9.0%

Endcapped: yes

Coloana propusă de Lokmera nu corespunde cerințelor parametrilor tehnici solicitați. Este solicitată coloana tip cartrige, este propusă coloana tip analitic.

*** Informația privind rezultatele licitației electronice: nu s-a folosit**
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice) – nu a avut loc

Denumirea operatorului economic	Runda 1	Runda 2	Runda 3
Lotul 1	Prețul fără TVA/noile valori	Prețul fără TVA /noile valori	Prețul fără TVA /noile valori

11. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat: nu s-au solicitat

Operatorul economic	Documentul și/sau informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic

12. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: 21.05.2019

Data prezentării documentelor confirmative: 22.05.2019

Denumirea operatorului economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)												
	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizia de constituire	Declarație de prezentare a certificatelor de calitate pentru lotul livrat eliberate de către producător	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Ultimul raport financiar/Situație financiară	Lista fondatorilor operatorului economic	Formularul ofertei F3.1	Garanția pentru ofertă	Specificații tehnice F 4.1	Specificații de preț F 4.2	Autorizația de la producător	DUAE	Certificatul de management al calității ISO 9001	Extras din catalogul producătorului
NITECH SRL	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LOKAMERA SRL	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
GBG MLD	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
BIO ANALITICA SRL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Notă: Informația referitoare la prezentarea documentelor confirmative este prezentată pentru toate loturile incluse în procedură

13. Ofertanții respinși/descalificați: nu au existat

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării

14. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Prețul total fără TVA	Prețul total cu TVA
LOT 1: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18, 50 x3,0 mm, 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	15915.00	31830.00	38196.00
LOT 2: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 50 x3,0 mm, 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	15973.00	31946.00	38335.20
LOT 3: Coloana cromatografică BDS C18 ,50 x4,0 (4,6) mm, 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	14722.00	29444.00	35332.80
LOT 4: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 50 x3,0 mm, 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	SRL „GBG-MLD”	2	11460.00	22920.00	27504.00
LOT 5: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 50 x4,6 mm, 5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	SRL „Lokmera”	2	14875,00	29750.00	35700.00
LOT 6: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse Plus C 18 50x 4,6mm, 1,8 μm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	SRL „GBG-MLD”	1	12105.00	12105.00	14526.00

LOT 7: Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana	SRL „Lokmera”	1	12985.00	12985.00	15582.00
LOT 9: Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 100 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	SRL „GBG-MLD”	2	12668.00	25336.00	30403.20
LOT 10: Coloana cromatografica Luna C 8(2) ,100 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (10 buc)	SRL „Bio Analitica” SRL	2	21300.00	42600.00	51120.00
LOT 12: Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl	SRL „Lokmera”	2	1912.00	3824.00	4588.80
LOT 13: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	16692.00	33384.00	40060.80
LOT 14: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana)	SRL „Lokmera”	2	16253.00	32506.00	39007.20
LOT 15: Coloana cromatografica BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	16485.00	32970.00	39564.00
LOT 16: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana si set de precoloana	SRL „Nitech”	1	17846.79	17846.79	21416.15
LOT 17: Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm cu diam 4.6mm	SRL „Nitech”	4	261.30	1045.20	1254.24
LOT 18: Coloană cromatografică Inertsil	SRL „Lokmera”		14218.00	28436.00	34123.20





ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloana corespunzatoare cu coloana		2			
LOT 19: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	17998.00	35996.00	43195.20
LOT 20: Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana 5µm și precoloane (3 buc) sau echivalentă	SRL „Nitech”	1	13953.42	13953.42	16744.10
LOT 21: Coloana cromatografică C8, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	SRL „Lokmera”	1	10850.00	10850.00	13020.00
LOT 22: Coloana cromatografică C8, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	SRL „Lokmera”	1	16138.80	13449.00	16138.80
LOT 23: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	17438.00	34876.00	41851.20
LOT 24: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	SRL „Lokmera”	2	17994.00	35988.00	43185.60
LOT 25: Coloana cromatografică NH ₂ , tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	SRL „GBG-MLD”	1	8292.00	8292.00	9950.40

LOT 26: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge sau echivalent	SRL „Nitech”	1	10556.52	10556.52	12667.82
LOT 27: Coloana cromatografica Chiralcel OJ-H (silicagel OJ pentru compusi chirality) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	SRL „Nitech”	1	65560.17	65560.17	78672.20
LOT 28: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	SRL „Lokmera”	2	15742.00	31484.00	37780.80
LOT 32: Coloană cromatografică X-Terra MS C18 , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana	SRL „Nitech”	1	18160.35	18160.35	21792.42
LOT 33: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana	SRL „Nitech”	2	23386.35	46772.70	56127.24
LOT 34: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	SRL „Lokmera”	2	15743.00	31486.00	37783.20
LOT 35: Coloană cromatografică Bondapak C 18, 10µm, 300x3.9 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	SRL „Nitech”	2	25764.18	51528.36	61834.03
LOT 36: Coloană cromatografică Zorbax Eclipse XDB-C18, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, compatibilă cu	SRL „Lokmera”		10051.00	20102.00	24122.40

holderile de coloană tip P/N 5021-1845		2			
LOT 37: Coloana X-Bridge Shield RP-18 , 250x4.6 mm, 3.5µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	SRL „Lokmera”	1	30707.00	30707.00	36848.40
LOT 38: Coloană cromatografică Lichrospher 60-RP select-B , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartrige , compatibilă cu holderile de coloană tip TR-015323	SRL „Nitech”	1	8100.30	8100.30	9720.36
LOT 39: Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm	SRL „Lokmera”	50	526.20	26310.00	31572.00
LOT 40: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.80 µm	SRL „Nitech”	1	12072.06	10060.05	12072.06
LOT 42: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-1, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm	SRL „Nitech”	1	13848.90	13848.90	16618.68
LOT 43: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze Zebtron™ ZB-WAX, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm	SRL „Nitech”	1	14371.50	14371.50	17245.80

Grupul de lucru a decis anularea **lotului 8, 11, 29, 30, 31, 41** în temeiul *Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.71, alin. (1), lit d* „ofertele depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi”.

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Dumitru Saghin	Director general adjunct	
2	Corina Iacob	Șef direcție management instituțional	
3	Mihail Soloviov	Șef LCCM	
4	Bîzdîga Maxim	Specialist principal, Secția juridică	
5	Elena Gudumac	Șef secție financiar-administrativă (contabil șef)	
6	Tatiana Aramă	Secretar grup de lucru pentru achiziții	