

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655376442855 / 21058487 din: 18.06.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
4	Dispozitiv Apex Locator	AirPex	China	Sifary Medical	<p>Caracteristică: -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru 1.Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate 2.Proiectare multi-frecvență, exactă 3.Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 4.Funcția de autotest în localizatorul de vârf 5.Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate 6.Semnal sonor Date tehnice: -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă.</p>	<p>Caracteristică: -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru 1.Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate 2.Proiectare multi-frecvență, exactă 3.Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 4.Funcția de autotest în localizatorul de vârf 5.Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate 6.Semnal sonor Date tehnice: -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă.</p>	CE/ISO
5	Piesă stomatologică	Handpieces	China	Weijian Medical	<p>Piesă turbină. -Cu fibră optică Led -Cu 4 ieșiri. -Sistem buton la schimbul borului. -Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. -Sursă de lumină LED. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 300000 rot/min.</p>	<p>Piesă turbină. -Cu fibră optică Led -Cu 4 ieșiri. -Sistem buton la schimbul borului. -Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. -Sursă de lumină LED. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 300000 rot/min.</p>	CE
6	Piesă stomatologică	Counter-angle	China	Weijian Medical	<p>Contraunghi. -Adaptabilă la micromotor. -Autoclavabilă. -Schimbarea frezei prin buton. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 40000 rot/min</p>	<p>Contraunghi. -Adaptabilă la micromotor. -Autoclavabilă. -Schimbarea frezei prin buton. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotații ≥ 40000 rot/min</p>	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51