

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711697951137 din: 05.04.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Lampă chirurgicală cu 2 sateliți conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2024

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Lampa chirurgicala cu 2 sateliți	L/L400 Dual Ceiling with Cam Ready Type	Koreea	Dentis Medical Division	conform Anexei	conform Anexei	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51

Descriere	Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți		Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți
Parametru	Specificația		
Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)	Da		LED
Numărul de sateliți	2	Da	2 Satelites, Dual Ceiling
Temperatura culorii	Reglabilă , 3000-5500 ±500 K	Da	3,600 / 4,200 / 4,800 / 5,400 4 Steps of Adjustment
Reglarea intensității luminei	Da		Yes, Endo Mode
Indexul de culoare Ra	≥ 95	Da	97
Indexul de culoare R13	≥ 100	Da	100 (at 5,400k)
Dimensiunea câmpului,cm	Focusabil	Da	DA
Diametrul	24-34 cm +/-2 cm	Da	18 ~ 30cm
Adâncimea	≥ 80 cm	Da	125 (20%) 65 (60%)
Distanța de lucru	0.7-1.5 m	Da	1m
Nivelul de iluminare la 1 m distanță	satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux la 100 cm	Da	160,000 Lux
	satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux la 100 cm	Da	160,000 Lux
rotația	≥ 270 grade	Da	330° ~ 360°
Ajustare pe verticală	≥80 cm	Da	110 in Total
Cresterea temperaturii în campul operator	<1° C	Da	<1°
Alimentarea electrică	220V, 50Hz	Da	220V, 50Hz
Durata medie de viață a LED-urilor	≥ 60000 h	Da	≥ 60,000 h
Mișcarea capului luminos	≥ 4 grade de libertate	Da	DA
Mînere detașabile sterilizabile	Da		DA
Panou de control integrat în lampa principal	Da		DA
Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video	Da		DA
Înălțimea podului	3-4 m	Da	DA
Garanție	24 luni	Da	DA
Operatorul economic se obligă să instaleze dispozitivul medical			DA