

COMBINATUL DE PANIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU "FRANZELUȚA" S.A.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-55-70-33; 022-85-35-51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-21-7

"6" ianuarie 2022



Pentru încercări au fost prezentate mostrele Pâine „Extra” din făina de grâu c.s., fortificată cu fier și acid folic, masa 0,43 kg., lotul 215 kg, data fabricării: 04.01.2022

Solicitantul: Laboratorul de încercări

Producătorul: Fabrica de pâine nr.2, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-85-36-01
(denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea: HG Nr. 775 din 03.07.07 Cerințe „Produse de panificație și paste făinoase”, HG Nr. 520 din 22.06.10, anexă p.11, p.43, p.51

(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor: 04.01.2022 Cantitatea mostrei supuse încercărilor: 2 un.

Locul selectării mostrelor: expediție Mostrele a fost prelevate de: inginer-chimist Cebaniuc O.

Data începerii încercărilor: 04.01.2022 Data finalizării încercărilor: 04.01.2022

Locul efectuării încercărilor: Laboratorul de încercări

Scopul încercărilor: Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza: act de eșanționare №1 din 04.01.2022

(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudine
MICOTOXINE: Aflatoxin B ₁	mg/kg	GOST 30711-2001(PO/7.2 DCAB ₁)	max.0,002	<0,0007	
Zearalenonă	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCZ)	max.0,05	<0,02	
Deoxinivalenol	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCD)	max.0,5	<0,2	

Rezultatele se referă la mostrele supuse analizei

Notă: La solicitarea clientului laboratorul eliberează:

- rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare extinsă, cu coeficientul de acoperire $K=2$ și nivelul de încredere $P=95\%$.
- rezultatele eliberate corespunde/nu corespunde parametrilor reglementați DN.

Executanții

Șeful laboratorului

Pogrebnoi S.

Rusu V.



COD: PSM 7.8-F-01	Ediția: 2	Data: 27.07.2021	Pagina: 1 din 1
-------------------	-----------	------------------	-----------------

Reproducerea prezentului raport este interzisă fără acordul scris al laboratorului de încercări.

COMBINATUL DE PANIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU "FRANZELUȚA" S.A.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-55-70-33; 022-85-35-51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-21-8

"6" ianuarie 2022



Pentru încercări au fost prezentate mostrele „Franzela cu faina integrală” din faina de grâu c.s. și faina integrală, masa 0,3 kg, lotul 30 kg, data fabricării: 04.01.2022

Solicitantul: Laboratorul de încercări

Producătorul: Fabrica de pâine nr.2, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-85-36-01
(denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea: HG Nr. 775 din 03.07.07 Cerințe „Produse de panificație și paste făinoase”,
HG Nr. 520 din 22.06.10, anexă p.11, p.43, p.51

(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor: 04.01.2022 **Cantitatea mostrei supuse încercărilor:** 2 un.

Locul selectării mostrelor: expediție **Mostrele a fost prelevate de:** inginer-chimist Cebaniuc O.

Data începerii încercărilor: 04.01.2022 **Data finalizării încercărilor:** 04.01.2022

Locul efectuării încercărilor: Laboratorul de încercări

Scopul încercărilor: Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza: act de eșantionare №1 din 04.01.2022
(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudine
MICOTOXINE: Aflatoxin B ₁	mg/kg	GOST 30711-2001(PO/7.2 DCAB ₁)	max:0,002	<0,0007	
Zearalenonă	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCZ)	max.0,05	<0,02	
Deoxinivalenol	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2DCD)	max.0,5	<0,2	

Rezultatele se referă la mostrele supuse analizei

Notă: La solicitarea clientului laboratorul eliberează:

- rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare extinsă, cu coeficientul de acoperie K=2 și nivelul de încredere P=95%.
- rezultatele eliberate corespunde/nu corespunde parametrilor reglementați DN.

Executanții

Șeful laboratorului

Pogrebnoi S.

Rusu V.



COD: PSM 7.8-F-01	Ediția: 2	Data: 27.07.2021	Pagina: 1 din 1
-------------------	-----------	------------------	-----------------

Reproducerea prezentului raport este interzisă fără acordul scris al laboratorului de încercări.